



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Inkubátor
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-009973
ev. č. VZ u zadavatele:	10/17/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 2.5.2017 Žádost o poskytnutí dodatečných informací. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Při průzkumu v loňském roce /17.5.2016/ jste požadovali novorozenecký inkubátor bez integrované váhy. Současně v zadávací dokumentaci požadujete v základu i volitelné příslušenství integrovanou ověřitelnou váhu. Integrovaná váha novorozeneckého inkubátoru splňuje jako příslušenství OIML standardy a EN 445501. Integrovanou váhu lze doplnit jako volitelné příslušenství i dodatečně.
Znění odpovědi:
Zadavatel na základě dotazu zjistil administrativní chybu, týkající se uvedení požadavku na integrovanou ověřitelnou váhu (požadavek č. 25 v příloze č. 2 ZD Technická specifikace). To znamená, že zadavatel integrovanou ověřitelnou váhu NEPOŽADUJE. <i>V té souvislosti zadavatel upravuje technické požadavky na předmět plnění, a to tak, že ODSTRAŇUJE celý požadavek č. 25, ve znění: „ověřitelná integrovaná váha“.</i>

Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o úpravě nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění, a to o odstranění požadavku č. 25 z technické specifikace.

Nové znění přílohy č. 2 ZD je přílohou této zprávy s tím, že všechny úpravy jsou v dokumentu zvýrazněny červeně.

***Poznámka:** zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy č. 2 ZD (tj. obsahující požadavek č. 25), nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení, zadavatel pouze nebude posuzovat splnění daného požadavku.*

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU**, a to **do čtvrtka 8.6.2017 do 9:30 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční ve čtvrtek 8.6.2017 v 9:45 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 20.4.2017 pod ev. č. F2017-009973. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 3.5.2017.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. **dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 3.5.2017



.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace JUDr. Věra PALEČKOVÁ ředitelka
--

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nové znění Přílohy č. 2 ZD Technické specifikace předmětu plnění



Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Inkubátor
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:</i>	Z2017-009973
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	10/17/VZ

- 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – 1 ks inkubátoru s vybavením pro využití na dětském oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.**
- 1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5** Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů



1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	Kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce)
INKUBÁTOR					
1.	1 ks nový inkubátor pro základní a intermediární péči o novorozence	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
2.	obdélníkový půdorys	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
3.	displej se zobrazením a ovládáním aktuálních hodnot a hodnot nastavených (min. teplota, koncentrace kyslíku a vlhkosti)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
4.	měření a regulace teploty podle teploty vzduchu a podle teploty pokožky (vč. dodání teplotní sondy)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
5.	měření a regulace koncentrace kyslíku (v rozmezí min. 22-65%)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne od...do %
6.	měření a regulace relativní vlhkosti vzduchu uvnitř inkubátoru (v rozmezí min. 41-90%)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne od...do %
7.	prostorový kryt s dvojitou stěnou pro zajištění teplotní stability	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
8.	odklopné přední i zadní dveře pro rychlý a snadný přístup k pacientovi (také pro čištění)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
9.	systém zabraňující úniku tepla při otevření dvířek (tzv. vzduchová clona)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
10.	min. 6 otvorů pro ruce a min. 4 otvory pro kabely a příslušenství	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
11.	RTG zásuvka pro RTG kazetu (přístupná bez nutnosti otevření inkubátoru)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
12.	náklon ložné plochy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
13.	ovládání náklonu ložné plochy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
14.	hlučnost inkubátoru max. 50dB	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne ... dB
15.	akusticko-optické alarmy pro teplotu vzduchu a těla, koncentraci kyslíku a relativní vlhkosti	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne



16.	funkce vypnutí (umlčení/ztišení) akustického alarmu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
17.	úplná viditelnost do inkubátoru ze všech úhlů pohledu, bez stěn s omezenou viditelností	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
18.	zvlhčovací systém včetně všech interních částí kompletně dezinfikovatelný	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
19.	uživatelská výměna znečištěného filtru	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
20.	pojízdný, výškově stavitelný podvozek s úložným prostorem, kolečka s brzdou	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
21.	přídavný držák s policí pro doplňkové přístroje	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
22.	držák hadic v prostoru pro novorozence	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
23.	kompletní příslušenství pro napojení inkubátoru na centrální rozvod kyslíku	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
24.	univerzální úchyt (eurolišta) pro příslušenství	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne
25.	integrováná ověřitelná váha	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano - ne

1.5 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
 - účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b) ZD/

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V dne

.....
razítko, jméno oprávněné osoby
účastníka zadávacího řízení