



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	In Vivo dozimetrie
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu/výzva k podání nabídky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/11/2017

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 16. 5. 2017 v 11:29 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz
Znění dotazu č. 1:
Kde bude umístěn elektrometr – v ozařovně nebo v ovladovně?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Elektrometr bude umístěn v OVLADOVNĚ .
Znění dotazu č. 2:
V případě odpovědi – ovladovna – jaká je vzdálenost mezi umístěním detektorů a elektrometrem?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Vzdálenost mezi umístěním detektorů a elektrometrem je 15 m .
Znění dotazu č. 3:
V případě odpovědi – ozařovna – jaká bude vzdálenost mezi elektrometrem a vyhodnocovacím zařízením?
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Znění dotazu č. 4:
Kalibrační adapter se při kalibraci polovodičových detektorů položí na deskový fantom (PMMA nebo RW3) s adaptační deskou pro ionizační komoru – je takový fantom na oddělení k dispozici
Stanovisko zadavatele – vysvětlení:
Na oddělení není výše zmíněný fantom k dispozici.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 17. 5. 2017

Mgr. David Rezničko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

