

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 3 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006856 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel dne 2. 6. 2017 a 6. 6. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 7 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Zadavatel v 5. části VZ u položky č. 391132 – Lehátko 2-dílné s pevnou výškou vč. držáku papírové role neuvádí jeho technickou specifikaci. Mohl by zadavatel tech. specifikaci poskytnout?

DOTAZ 2

Věc: minimální technické parametry část 5). V položkovém rozpočtu je uvedeno lehátko – č.položky 391132. U této položky úplně chybí minimální technická specifikace. Prosím o její doplnění.

DOTAZ 3

Věc: minimální technické parametry část 5) U položek 393401 a 393425 zadavatel požaduje kolečka o průměru 125mm. Standardně se vyšetřovací a rehabilitační lehátka osazují koly o průměru 50-75mm, jelikož kola slouží k snadnému přesunu prázdného, nezatíženého lehátka, například k vůli úklidu a podobně. Nejedná se o lehátko pro transport pacientů. Bude zadavatel akceptovat kola o průměru 50-70mm s centrálním ovládáním?

DOTAZ 4

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči – část 3 (část VZ č. 6 – Svítidla)“ Vás žádáme o zaslání **dodatečných informací**.

U položek číslo 232101 Svítidlo vyšetřovací stropní a 232141 Svítidlo zákrokové stropní **není** uvedena výška místností, kde mají být tyto svítidla zavěšena.

Tímto Vás **žádáme o uvedení** výšky mezi podlahou a stropem a mezi podlahou a stropním podhledem.