





# VÝPIS NABÝTKU

Acce		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD		Objekt:		50 03		Provoz:		PERINATOLOGIE		Cíle místnosti:		543		Líst:		25	
MODERNIZACE PERINATOLOGICKÉHO CENTRA II. TYPU		Zaměřit na místě před zpočetím výroby. Bavené řešení konzultovat s AD a investorem.		Zadávací číslo:		2015 / 26		Položka:		KS									
Označení na výkrese		Slovo		Rozměr		Počet													

990 x 2200 x 775-1150																			
1						<p>Vnější rozměry lůžka: 220 (225)cm x 99cm Prodloužení/zkrácení lůžné plochy: 0cm -15cm Doporučený rozměr matrace: 200cm x 90cm x 14cm Maximální výška matrace: 16cm Výškové nastavení lůžka: 37-73,5 cm (39,5-76,8cm se 150mm kolečky) Maximální tlak nastavení zdovného dílu: 70° Maximální tlak nastavení stěnního dílu: 34° Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +15°/-15° Ergonomie: 10 +6cm Výška jednotlivých sklopných postranic (nad lůžnou plochou): 39cm Podjezdnost pro server: min. 16cm Hmotnost lůžka (vzákladním vybavením): 135kg Bezpečná nosnost lůžka: 185-250kg Maximální nosnost hlavy: 75kg Maximální hmotnost pacienta: 185kg</p>		2											
34						<p>PACIENTSKÝ OBOUSTRANNÝ STOLEK S DŘEVĚNÝM OBOJENÍM S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU VÝKLOPNOU JÍDELNÍ DESKOU, MECHANIKA JÍDELNÍ DESKY PŘÍMO INTEGROVÁNÁ DO KORPUSU, HORNÍ ZÁSUVKA, NÍŽKÁ, SPODNÍ SKŘÍN S 1 POLICÍ, KORPUS Z MELAMINOVANÝCH DESK, VRCHNÍ A JÍDELNÍ DESKA KŘÍTA VRSŤVOU HPL LAMINÁTU, STOLEK POUŽITÝ SE 4 KOLEČKY O PRŮMĚRU 75 MM (DVOJE BRZDITELNÁ), ROZMĚRY STOLKU 510x480x890 MM, VÝŠKA JÍDELNÍ DESKY 820-1100 MM.</p>		2											