

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Ergospirometrie“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 8. 6. 2017 byl vznesen dotaz k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na který Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Ergospirometrie“ v minimální technické požadavky na přístroj – Obousměrná digitální turbína!

Tuto metodu nepoužíváme. Používáme měření diferenčního tlaku – budete tuto metodu akceptovat?

Odpověď 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat měření diferenčního tlaku jako jiné technické řešení.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 12. 6. 2017