



Technická specifikace dodávky

Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %.

Část 2

1. STŮL OPERAČNÍ, MOBILNÍ, ELEKTRICKÝ POLOHOVATELNÝ – 4 KS

Celková nabídková cena vč. DPH za 4 ks nesmí překročit 12 598 263 Kč

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Je základním chirurgickým vybavením pro provádění prakticky veškerých větších chirurgických zákroků v rámci návazné péče. Obnova této technologie zajistí vyšší bezpečnost, rozšíří spektrum operačních technik prováděných v rámci návazné péče. Zvýší bezpečnost a komfort pacienta, sníží komplikace spojené s dlouhými operačními výkony. Technologie je využitelná pro veškerou návaznou chirurgickou péči v nemocnici.

Požadovány jsou 2 typy operačních stůlů.

Operační stůl pro všeobecnou chirurgii

Požadovaný počet: 2 ks

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

P. č.	Požadavek	Parametr	Nabízená hodnota
1	Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené nožní segmenty, zádová část, středová část, hlavová část – 5 dílů s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu		
2	Základna včetně podvozku z nerezů		
3	4 kolečka, min. průměr	12,5 cm	
4	Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru		
5	Max. šířka pěti segmentové operační desky bez eurolišty (eurolišty součástí dodávky)	54 cm	
6	Deska stolu plně RTG transparentní		
7	Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepripouští používání dotahovacích šroubů apod.)		
8	Elektronické ovládání, možnost připojení kabelového a nožního ovladače		



9	Dálkový ovladač		
10	Možnost naprogramovat polohy jedním tlačítkem		
11	Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu		
12	Indikace aktuálního stavu baterie		
13	Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu		
14	Min. rozsah Trendelengurg/ Antitrendelenburg	25°	
15	Minimální rozsah laterálního náklonu	20°	
16	Minimální rozsah polohování zádové sekce	+60°/-30°	
17	Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost		
18	Min. rozsah elektricky stavitelných podložek nohou	+25°/-90°	
19	Možnost flex pozice minimálně:	30°	
20	Minimální nosnost stolu	250 kg	
21	Min. výška polstrování	8 cm	
22	Polstrování je komfortní, zabraňující vzniku proleženin, je snadno odnímatelné a čistitelné a má antistatickou úpravu		
23	Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství		
	Příslušenství		
24	Eurolišty		
25	1x Anesteziologický rám		
26	2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	2x pás pro fixaci pacienta		
28	2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	1x pár amerických shoutů		
30	4x gelová podložka	100x50cm	
29	4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
30	2x stavitelná boční opěrka		
31	2x flexibilní držák anesteziologických hadic		
32	1x pár zápěr na ramena nastavitelných v horizontální a vertikální ose		
33	2x náhradní polstrování		
34	Minimální záruka	2 roky	

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Nepovinný parametr		
A	Dokovací stanice	



Operační stůl pro traumatologické a ortopedické operace – extenční stůl

Požadovaný počet: 2 ks

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

P. č.	Požadavek	Parametr	Nabízená hodnota
1	Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené nožní segmenty, zádová část, středová část, hlavová část – 5 dílů s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné) Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu		
2	Základna včetně podvozku z nerezů		
3	4 kolečka, min. průměr	12,5 cm	
4	Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru		
5	Max. šířka pěti segmentové operační desky bez eurolišty	54 cm	
6	Deska stolu plně RTG transparentní		
7	Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.)		
8	Elektronické ovládání, možnost připojení kabelového a nožního ovladače		
9	Dálkový ovladač		
10	Možnost naprogramovat polohy jedním tlačítkem		
11	Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu		
12	Indikace aktuálního stavu baterie		
13	Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu		
14	Min. rozsah Trendelengurg/Antitrendelenburg	25°	
15	Minimální rozsah laterálního náklonu	20°	
16	Minimální rozsah polohování zádové sekce	+60°/-30°	
17	Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost		
18	Min. rozsah elektricky stavitelných podložek nohou	+25°/-90°	
19	Možnost flex pozice minimálně:	30°	
20	Minimální nosnost stolu	250 kg	
21	Min. výška polstrování	8 cm	
22	Polstrování je komfortní, zabraňující vzniku proleženin, je snadno odnímatelné a čistitelné a má antistatickou úpravu		
23	Stůl je vybaven eurolišťami		
24	Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství a kompletní příslušenství pro variantu extenčního stolu (trakční rám, nástavec pro pánevní chirurgii s válcovou zarážkou)		
Příslušenství			
25	1x Anesteziologický rám		



26	2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	2x pás pro fixaci pacienta		
28	2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	1x stolek pod ruku		
30	4x gelová podložka	40x15cm	
31	4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
32	2x stavitelná boční opěrka		
33	2x flexibilní držák anesteziologických hadic		
34	1x držák pro Weinbergovu trakci		
36	1x rám pro ASK ramene		
37	2x trakční bota		
38	1x podkolenní držák		
39	1x gelová podložka hlavy anatomicky tvarovaná		
40	2x náhradní polstrování		
41	Minimální záruka	2 roky	

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Nepovinný parametr		
A	Dokovací stanice	