

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – centrální operační sály a urgentní příjem
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-005966
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve věci výše uvedené veřejné zakázky, část 4 - Laparoskopická věž, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace dle níže uvedeného:

- k požadavku zadavatele na 3 CCD chip FULL HD

Akceptuje zadavatel systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie), který již není primárně definován jako jedno- nebo tříčipový? Nabízený senzor pak nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď zadavatele:

Z důvodu požadavku na možnost funkce fluorescenční neradioaktivní metody a úzkopásmového zobrazení zadavatel trvá na 3CCD kameře.

Dotaz č. 2

Zadavatel v zadávací dokumentaci části č. 5 – Přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou ve formuláři technické specifikace požaduje splnění parametru PEEP 1-20 cm H₂O.

Bude zadavatel akceptovat nastavení hodnoty PEEP v rozmezí VYP, 4-35 cm H₂O? V poloze VYP se hodnota PEEP pohybuje v rozmezí 2-3 cm H₂O. V rozmezí 4-35 cm H₂O je nastavení hodnoty PEEP v krocích po 1 cm H₂O.

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel trvá na původním znění požadavku, uvedeného v technické specifikaci zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 3.4. Předpokládaná hodnota, uvádí mimo jiné i následující:

Celkem pro část 1-7: 24.710.361 Kč bez DPH

Část 1: 4.000.000,- Kč bez DPH

Část 3: 1.500.000,- Kč bez DPH

V článku 9 uvádí zadavatel mimo jiné následující:

Maximální nabídková cena přístrojů, kterou může účastník nabídnout, je za celou zakázku 28.714.612,- Kč včetně DPH.

Část 1: 3.814.251,- Kč vč. DPH
Část 3: 1.655.823,- Kč vč. DPH

Účastník se domnívá, že došlo k administrativní chybě ve výpočtu DPH a tedy i chybně uvedené celkové ceně včetně DPH. Žádáme tímto zadavatele o opravu maximální nabídkové ceny v zadávací dokumentaci a opravu celkové hodnoty vč. DPH.

Odpověď zadavatele:

Částky jsou uvedeny správně.

Předpokládaná hodnota je zadavatelův odhad předpokládané výše úplaty za plnění veřejné zakázky. Do předpokládané hodnoty jsou zahrnuty i úplaty za PBTk, nástroje nebo spotřební materiál, které jsou součástí smlouvy.

Maximální nabídková cena se vztahuje pouze k ceně přístrojů (investice) a je dána maximální výší příslibené dotace. Do této ceny se nezapočítávají žádné další neinvestiční náklady (spotřební materiál, PBTk, ani případné nástroje, pokud jsou poptávány). Celkové předpokládané náklady použité pro hodnocení tedy mohou převýšit maximální nabídkovou cenu uvedenou v zadávací dokumentaci, ale nabídková cena za přístroje nesmí tuto částku překročit.

Dotaz č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci v technické specifikaci pro část 2 Operační stůl uvádí mimo jiné i následující požadavek:

Operační stůl pro všeobecnou chirurgii

Specifikace pro 1 ks

	Příslušenství		
24	Eurolišty		
25	1x Anesteziologický rám		
26	2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	2x pás pro fixaci pacienta		
28	2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	1x pár amerických shoutů		
30	4x gelová podložka	100x50cm	
29	4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
30	2x stavitelná boční opěrka		
31	2x flexibilní držák anesteziologických hadic		
32	1x pár zápěr na ramena nastavitelných v horizontální a vertikální ose		
33	2x náhradní polstrování		
34	Minimální záruka	2 roky	

Operační stůl pro traumatologické a ortopedické operace – extenční stůl

Specifikace pro 1 ks

Příslušenství			
25	1x Anesteziologický rám		
26	2 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	2x pás pro fixaci pacienta		
28	2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	1x stolek pod ruku		
30	4x gelová podložka	40x15cm	
31	4x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
32	2x stavitelná boční opěrka		
33	2x flexibilní držák anesteziologických hadic		
34	1x držák pro Weinbergovu trakci		
36	1x rám pro ASK ramene		
37	2x trakční bota		
38	1x podkolenní držák		
39	1x gelová podložka hlavy anatomicky tvarovaná		
40	2x náhradní polstrování		
41	Minimální záruka	2 roky	

Chápe účastník správně, že zadavatel požaduje výše uvedené příslušenství pouze pro jeden kus operačního stolu? Pro dva operační stoly tedy následující množství:

Operační stůl pro všeobecnou chirurgii

Příslušenství			
24	Eurolišty		
25	2x Anesteziologický rám		
26	4 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	4x pás pro fixaci pacienta		
28	4x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	2x pár amerických shoutů		
30	8x gelová podložka	100x50cm	
29	8x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
30	4x stavitelná boční opěrka		
31	4x flexibilní držák anesteziologických hadic		

32	2x pár zápěr na ramena nastavitelných v horizontální a vertikální ose		
33	4x náhradní polstrování		
34	Minimální záruka	2 roky	

Operační stůl pro traumatologické a ortopedické operace – extenční stůl

Příslušenství			
25	2x Anesteziologický rám		
26	4 x infúzní polohovatelná opěrka ruky nastavitelná ve všech rovinách		
27	4x pás pro fixaci pacienta		
28	4x uchycení zápěstí k postranní liště stolu		
29	2x stolek pod ruku		
30	8x gelová podložka	40x15cm	
31	8x univerzální držák na opěrky s rotací min. 100° s uchycením na eurolištu		
32	4x stavitelná boční opěrka		
33	4x flexibilní držák anesteziologických hadic		
34	2x držák pro Weinbergovu trakci		
36	2x rám pro ASK ramene		
37	4x trakční bota		
38	2x podkolenní držák		
39	2x gelová podložka hlavy anatomicky tvarovaná		
40	4x náhradní polstrování		
41	Minimální záruka	2 roky	

Odpověď zadavatele:

Ano, účastník chápe správně množství příslušenství pro jednotlivé požadované typy operačních stolů.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek neprodluhuje.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace