

**Nadlimitní veřejná zakázka
„Ortopedické implantáty“ – dodatečné informace č. 2**

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1

Zda-li se můžeme účastnit VZ Z2017-018235, když se nám nepodaří získat klinickou studii založenou na Kaplan-Meierově analýze.

Odpověď 1:

Zadavatel bude akceptovat i jinou adekvátní studii objektivně potvrzující dlouhodobé přežívání nabízených implantátů, tedy minimálně za období 10 let od implantace.

Dotaz č. 2

Zda bude zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat jen některé body z části 1) TEP kyčelního kloubu, konkrétně 4 z 5 a u části 2) TEP kolenního kloubu, bude nabídka obsahovat body 2 z 3.

Odpověď 2:

Zadavatel trvá na dodržení podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, tedy „Účastníci mohou podávat nabídku na celý předmět veřejné zakázky nebo její jednotlivé části, přičemž nabídka musí být podána pro celou část zakázky“.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 25. 7. 2017