



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k části 3 ZD – RTG zesilovač (C-rameno)

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro intenzivní péči – 3. část, RTG zesilovač (C-rameno)
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/10/2017
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	F2017-018103

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 21.7. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „DODÁVKA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO INTENZIVNÍ PÉČI“ část III. - RTG zesilovač (C-rameno)

Vážení obchodní partneři,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce .

1. V zadávací dokumentaci pro část 3. „ RTG zesilovač – C rameno“ je uvedeno v **Příloze č. 2** - technická specifikace předmětu plnění pro části 1 až 4 = minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky na str. 18 :

„ CCD-TV 1K² (1024x1024 pixel / 16bit) systém s automatickou regulací dávky pomocí“

Dotaz

Bude zadavatel akceptovat nabídku moderního, výkonného RTG přístroje s C ramenem, splňujícím medicínský účel a diagnostické využití, s použitím moderního prvku CCD kamery, s metal-enamel technologií a Mu-metal stíněním, 1024 x 1024 pixelů a hloubkou digitalizace 14 bitů?

Děkujeme za Vaše odpovědi.

CCD-TV 1K ² (1024x1024 pixel / 16bit) systém s automatickou regulací dávky pomocí anatomicky se adaptujících měřících polí

Stanovisko zadavatele – vysvětlení:

Ano, zadavatel bude tuto nabídku akceptovat.
--



Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 26. 7. 2017

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	<i>příspěvková organizace</i>
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

PhDr. Lada Nováková

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace