

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – centrální operační sály a urgentní příjem
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-005966
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Dodatečné informace k veřejné zakázce se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje velikost připojitelných vláken ($\emptyset$ jádra) v rozmezí 230-1000 μm .

Připouští zadavatel naše technické řešení, tj. velikost připojitelných vláken 230-800 μm , za předpokladu, že tímto nebude nijak omezen plný potenciál samotného laserového přístroje, tj. optické vlákno 800 μm umožní přenos maximálního výkonu 30W?

Námi nabízený přístroj umožňuje připojit resterilizovatelná optická vlákna s průměrem jádra 230-800 μm , přičemž již optické vlákno 800 μm umožňuje přenos laserového svazku maximálního výkonu 30W a není tak nutné použít vlákno 1000 μm . V případě našeho technického řešení tedy nemá zadavatelem požadované rozmezí žádné medicínské odůvodnění. Z hlediska léčby pacienta bude prokazatelně zaručeno zcela stejné spektrum indikací a zcela stejný terapeutický efekt. Naše řešení navíc přináší výhodu v tom smyslu, že použití optického vlákna menšího průměru znamená lepší průtok proplachové tekutiny v pracovním kanálu endoskopu a s tím spojený lepší přehled v operačním poli.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění parametru, stanovené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Technická specifikace dodávky, část 4 – Laparoskopická věž 2D – 1 ks

Zadavatel požaduje v technické specifikaci v části Insuflace, p. č. 30 „Předvolba max. tlaku, rozsah 1-30 mm Hg“.

Námi nabízený insuflátor pracuje s možností nastavení tlaku v rozsahu 3-25mm Hg insuflovaného plynu. Tato hodnota je dle dosavadních zkušeností z většiny běžných operačních provozů, kdy je bezpečné rozhraní do 16 mm Hg, dostačující pro celé spektrum laparoskopických operačních výkonů, včetně bariatrické chirurgie.

Dotaz zní: Bude zadavatel v tomto případě akceptovat námi nabízené technické řešení, které splňuje požadovaný medicínský účel?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabízené technické řešení účastníka a trvá na původním znění parametru, stanovené v zadávací dokumentaci.

Vzhledem k povaze vysvětlení se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace