

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 3 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006856 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel dne 31. 7. 2017 a 2. 8. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 8 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Zadavatel v minimální technické specifikaci části 5. Ventilátory plicní požaduje příslušenství pouze k jednomu ventilátoru (položka 147111). Ze zadávací dokumentace není jednoznačně zřejmé, zda má být příslušenství součástí dodávky také u ostatních ventilátorů. Pokud ano, chybí jeho specifikace.

DOTAZ 2

Dotaz č. 1 k části 5. Ventilátory

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 5

Položka: 147126, Ventilátor plicní

Zadavatel požaduje dodat „ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO pro děti a dospělé“.

Dotaz

Znamená požadavek flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO také požadavek na umístění hlavního ovládacího panelu ventilátoru mimo ventilační jednotku např. na eurolištu vedle lůžka pacienty, kdy ventilační jednotka je umístěna za hlavou pacienta, tedy požaduje zadavatel oddělitelnou obrazovku ventilátoru?

DOTAZ 3

Dotaz č. 2 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141107 **monitor lůžkový – JIP**

Zadavatel v rámci položky požaduje:
„zobrazení všech vzniklých alarmových stavů“

Dotaz:

Chápe uchazeč správně, že zadavatel tímto požadavkem požaduje dodání přístroje, umožňujícího zobrazení alarmů jak z paměti přístroje na obrazovce, tak indikace aktuálního alarmu prostřednictvím alarmového světla s proměnlivou barvou dle závažnosti alarmu, vestavěného přímo v těle monitoru?

DOTAZ 4

Dotaz č. 3 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141107 **monitor lůžkový – JIP**

Zadavatel v rámci položky požaduje:
součástí monitoru bude držák pro uchycení monitoru na vodorovnou tyč

Dotaz:

Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje dodání dokovací stanice, která zajistí napojení na síť, napájení a dobíjení monitoru, a zároveň umožní jeho snadné vyjmutí a přemístění bez nutnosti odpojování kabelů?

DOTAZ 5

Dotaz č. 4 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141109 **monitor lůžkový – ARO**

Zadavatel v rámci položky požaduje:
„integrováný barevný dotykový displej s velikostí min. 15" a ke každému monitoru druhý barevný dotykový externí LCD display s velikostí min. 19" s duálním ovládáním“.

Dotaz:

Splní uchazeč požadavek zadavatele tím, že místo dvou displejů dodá zadavateli monitor s jedním displejem o velikosti 19“, který není integrován v těle monitorů? To umožní uživatelům lepší umístění u lůžka pacienta s menší prostorovou náročností.

monitor lůžkový – ARO