

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 1
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-006853
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel dne 31. 7. 2017 a 2. 8. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Zadavatel v minimální technické specifikaci části 5. Ventilátory plicní požaduje příslušenství pouze k jednomu ventilátoru (položka 147111). Ze zadávací dokumentace není jednoznačně zřejmé, zda má být příslušenství součástí dodávky také u ostatních ventilátorů. Pokud ano, chybí jeho specifikace.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje dodání zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., a to tedy včetně nezbytného příslušenství dle §3 (5):

„Příslušenstvím zdravotnického prostředku se rozumí předmět, který není zdravotnickým prostředkem, avšak je výrobcem určen k použití výhradně společně se zdravotnickým prostředkem tak, aby umožnil použití tohoto zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem. Příslušenstvím diagnostického zdravotnického prostředku in vitro nejsou invazivní odběrové prostředky a prostředky použité přímo na lidském těle za účelem získání vzorku.“

Pro jednoznačné upřesnění zadavatel doplnil taxativně do minimální technické specifikace požadavky na příslušenství, ale tímto upřesněním není dotčena povinnost dodavatele dodat zdravotnické prostředky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., tedy s veškerým příslušenstvím, které zajistí splnění požadovaného účelu zdravotnického prostředku. Uvedená povinnost se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

DOTAZ 2

Dotaz č. 1 k části 5. Ventilátory

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 5

Položka: 147126, Ventilátor plicní

Zadavatel požaduje dodat „ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO pro děti a dospělé“.

Dotaz

Znamená požadavek flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO také požadavek na umístění hlavního ovládacího panelu ventilátoru mimo ventilační jednotku např. na eurolištu vedle lůžka pacienty, kdy ventilační jednotka je umístěna za hlavou pacienta, tedy požaduje zadavatel oddělitelnou obrazovku ventilátoru?

ODPOVĚĎ 2

Požadavkem zadavatele na modulární koncepci umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení ARO je vyžadována možnost umístění ovládací části ventilátoru nezávisle na těle ventilátoru a to z provozních důvodů (umístění ovládací části ventilátoru na zdrojový most s dobrou dostupností pro personál a naopak umístění těla ventilátoru za pacienta z důvodu lepšího přístupu k pacientovi).

DOTAZ 3

Dotaz č. 2 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141107 monitor lůžkový – JIP

Zadavatel v rámci položky požaduje:
„zobrazení všech vzniklých alarmových stavů“

Dotaz:

Chápe uchazeč správně, že zadavatel tímto požadavkem požaduje dodání přístroje, umožňujícího zobrazení alarmů jak z paměti přístroje na obrazovce, tak indikace aktuálního alarmu prostřednictvím alarmového světla s proměnlivou barvou dle závažnosti alarmu, vestavěného přímo v těle monitoru?

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel definoval požadavek obecně na zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů neboť možnost zobrazení alarmů z paměti a indikaci aktuálního alarmu prostřednictvím alarmového světla s proměnlivou barvou dle závažnosti alarmu považuje zadavatel za standard pro všechny monitory životních funkcí vyšší třídy.

Pro jednoznačnost ale zadavatel upřesňuje požadavek následovně:

Součástí zobrazení vzniklých alarmových stavů je i zobrazení alarmů z paměti přístroje, tak i indikace aktuálního alarmu prostřednictvím alarmového světla s proměnlivou barvou dle závažnosti alarmu.

DOTAZ 4

Dotaz č. 3 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141107 monitor lůžkový – JIP

Zadavatel v rámci položky požaduje:
součástí monitoru bude držák pro uchycení monitoru na vodorovnou tyč

Dotaz:

Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje dodání dokovací stanice, která zajistí napojení na síť, napájení a dobíjení monitoru, a zároveň umožní jeho snadné vyjmutí a přemístění bez nutnosti odpojování kabelů?

ODPOVĚĎ 4

Ne, zadavatel požaduje pouze dodání držáku pro uchycení monitoru na vodorovnou tyč, která bude umístěna na zdrojovém mostu.

DOTAZ 5

Dotaz č. 4 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141109 monitor lůžkový – ARO

Zadavatel v rámci položky požaduje:
„integrováný barevný dotykový displej s velikostí min. 15" a ke každému monitoru druhý barevný dotykový externí LCD display s velikostí min. 19" s duálním ovládáním“.

Dotaz:

Splní uchazeč požadavek zadavatele tím, že místo dvou displejů dodá zadavateli monitor s jedním displejem o velikosti 19“, který není integrován v těle monitorů? To umožní uživatelům lepší umístění u lůžka pacienta s menší prostorovou náročností.

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel požaduje striktně dva monitory. Jeden monitor životních funkcí s integrovaným barevným displejem o velikosti min. 12“ u pacienta a druhý minimálně 19“ monitor s duálním ovládáním, který bude umístěn vždy u vstupu do místnosti.

DOTAZ 6

Dotaz č. 5 k části 1. Monitorace životních funkcí

Dokument: Svazek 1 Příloha č. 1 Minimální technické parametry, část 1

Položka: 141109 monitor lůžkový – ARO

Zadavatel v rámci položky požaduje:

ODPOVĚĎ 8

Zadavatel požaduje měření technologií Masimo SET, která je klinicky ověřená a dosahuje vysoké přesnosti měření saturace i u kritických pacientů (ARO). Uvedený požadavek má zajistit zvýšení kvality návazné péče u kritických pacientů.

Zadavatel bude akceptovat i jiné technologie měření saturace, ale za předpokladu, že dosahují klinicky stejné nebo větší přesnosti a spolehlivosti než technologie Masimo SET.

INFORMACE 1

Zadavatel poskytuje samostatnou přílohou technickou specifikaci pro část 1) a část 5) veřejné zakázky, které jsou v souladu s výše uvedenými odpověďmi (viz Příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 1 a Příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 5). Původní výše uvedená technická specifikace pro část 1) a část 5) se tímto ruší a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby si tuto změnu provedli ve své zadávací dokumentaci a respektovali ji.

Upozornění: Příloha č. 1 - Minimální technické parametry pro ostatní části VZ uveřejněné na profilu zadavatele při zahájení výběrového řízení zůstávají v platnosti.

INFORMACE 2

Zadavatel upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky takto:

Původní ustanovení uvedené v bodě 3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve znění

Předpokládaná hodnota je stanovena celkem za všechny části (6 částí) veřejné zakázky a činí celkem 22.035.000,- Kč bez DPH.

se ruší a nahrazuje se novým platným zněním

Předpokládaná hodnota je stanovena celkem za všechny části (6 částí) veřejné zakázky a činí celkem 22.035.050,- Kč bez DPH.

(poznámka: jedná se o překlep, v níže uvedené tabulce bodu 3.3. byla již hodnota součtu všech částí VZ uvedena správně).

INFORMACE 3

Z důvodu nedodržení lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ a z důvodu změny, nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **25. 8. 2017** Čas: **10:30 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **25. 8. 2017** Čas: **10:31 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro všechny části veřejné zakázky.**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 1 (revize 8. 8. 2017)

Příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 2 (revize 8. 8. 2017)