

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

1.1. Název veřejné zakázky:	Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 1
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-006853
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel dne 14. 8. 2017 a 15. 8. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 8 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Dotaz k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2. K DOTAZ 2 (dotaz č. 1 k části 5. Ventilátory, Dokument: Svazek 1 příloha č.1 Minimální technické parametry, část 5, Položka 147126, Ventilátor plicní): Tímto dotazem a následnou odpovědí se však zásadně mění původní zadávací kritéria zadavatele. Domníváme se, že námi nabízený ventilátor, který je jednoduše dostupný při běžné obsluze a údržbě pro personál, je v mnoha ohledech vhodnější a především bezpečnější pro rutinní provoz na požadovaném nemocničním oddělení.

Technické řešení našeho ventilátoru (velikost a naklonění displeje vůči obsluze) umožňuje plné využití ventilátoru jak při běžném stacionárním použití, tak během transportu připojeného pacienta. Souhlasíte s námi nabízeným efektivním řešením, které bylo v původním zadání?

DOTAZ 2

Dotaz k části 5. Ventilátory, Dokument: Svazek 1 příloha č.1 Minimální technické parametry, část 5, Položka 147112, ventilátor plicní transportní ARO, Držák na lůžko pacienta. Můžete prosím přesněji specifikovat, na jaký typ lůžka daný držák potřebujete?

DOTAZ 3

Dotazy k části 1:

Část 1.

Položka: 141109 monitor lůžkový – ARO

1)

Požadavek:

1 přenositelný modul PICCO, modul musí být použitelný v každém lůžkovém monitoru vitálních funkcí, které jsou předmětem této veřejné zakázky

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat monitoraci hemodynamických parametrů pacienta jinou technologií, než je PICCO, a to při zachování klinicky shodných výstupů? Je možné nabídnout samostatný přístroj místo modulu do monitoru?

DOTAZ 4

2)

Požadavek:

2 přenositelné moduly pro měření srdečního výdeje, SvO₂ a jednoho IBP, moduly musí být použitelné v každém lůžkovém monitoru vitálních funkcí, které jsou předmětem této veřejné zakázky

Dotaz:

Parametr SvO₂ není obvyklým parametrem v monitoraci vitálních funkcí pacientů a používá se zcela výjimečně i na pracovištích nejvyššího typu. Trvá zadavatel i přes to na dodání modulů monitorace tohoto parametru?

DOTAZ 5

3)

Požadavek:

zobrazování trendů v grafické nebo číselné formě po dobu delší než 70 hod

Dotaz:

Zadavatel ve svém požadavku na zobrazování trendů uvádí pouze delší než 70 hodin. Mohl by zadavatel upřesnit, jaký minimální časový úsek bude u nabídnuté techniky akceptovat? Jsme přesvědčeni, že standardem u monitorů tohoto typu a využití je min. 90 hodin.

DOTAZ 6

Dotazy k části 3:

Část 3.

Položka: 143106 defibrilátor automatický

1)

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci této položky neuvádí požadavek na dobu životnosti baterie v pohotovostním režimu. Tento parametr může významně ovlivnit cenu přístroje a zejména budoucí provozní náklady spojené s přístrojem. Požaduje zadavatel co nejdelší životnost baterie v pohotovostním režimu, tedy 5 let, jak je standardem u kvalitních přístrojů této kategorie?

DOTAZ 7

2)

Položka: 143107 defibrilátor, monitor (bifazický, monitorace, SpO₂, EKG, TK - může)

Položka: 143108 defibrilátor bifazický (dětská, dospělá pádla, zevní kardiostimulace)

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci těchto položek nestanovil minimální počet kroků, kterými se nastavuje velikost defibrilačního výboje. Tento parametr může ovlivnit možnost použití přístroje např. u dětských pacientů, pokud bude zadavateli nabídnut přístroj s např. pouze 10 kroky nastavení velikosti výboje. Neuvažuje zadavatel o přehodnocení technické specifikace a stanovení minimálního počtu kroků nastavení velikosti defibrilačního výboje např. na 25 kroků, čímž zajistí dostatečnou škálu výběru energie pro resuscitující zdravotníky?

DOTAZ 8

Dotazy k části 4:

Část 4.

Položka: 147210 systém pro nepřímou srdeční masáž

1)

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci neřeší způsob napájení, popř. nabíjení baterie. Přístroje tohoto typu využívají napájení jak ze sítě 230V pro nabíjení v nemocnici, tak 12V pro napájení/nabíjení v sanitním voze. Chápe uchazeč správně, že zadavatel požaduje oba způsoby napájení/nabíjení, tedy jak ze sítě 230V, tak i 12V?

DOTAZ 9

2)

Položka: 147210 systém pro nepřímou srdeční masáž

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci této položky neřeší důležitou součást nepřímé srdeční masáže, a to správné a kvalitní uvolňování, následující po stlačení hrudníku. Požaduje zadavatel vyjma stlačení hrudníku nabízeným přístrojem i aktivní dekompresi (uvolnění) hrudníku?

DOTAZ 10

Zadavatel uvádí ve Svazku 1 Příloha č. 1 – Minimální technické parametry – část 2) Oxymetry technický parametry: „akumulátor zabezpečující transportní provoz min. 12 hod.“.

Uchazeč nabízí oxymetr s akumulátorem na 10 hodin provozu, včetně měření i při minimálním průtoku krve a s možností eliminace pohybových artefaktů. Bude zadavatel akceptovat provoz oxymetru na min. 10 hodin provozu?

DOTAZ 11

Zadavatel vyžaduje u lůžkových monitorů v rámci minimálních technických parametrů části 1) Monitorace životních funkcí měření technologií Masimo SET. Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. srpna 2017 zadavatel dále upřesňuje, že požaduje měření technologií Masimo SET, která je klinicky ověřená a dosahuje vysoké přesnosti měření saturace i u kritických pacientů. Resp. zadavatel bude akceptovat i jiné technologie měření saturace, ale za předpokladu, že dosahují klinicky stejné nebo větší přesnosti a spolehlivosti než technologie Masimo SET)

Požaduje zadavatel u části 2) Oxymetr stejnou přesnost měření jako u integrované saturace v monitorech životních funkcí část 1) Monitorace životních funkcí?

DOTAZ 12

Pochopila jsem správně, že na více částí podáváme jednu společnou nabídku s jedněmi společnými doklady prokazujícími splnění základní a profesní kvalifikace? A každou část oddělím krycím listem, kupní smlouvou příslušnou pro danou část, přiložím prospekty, cenovou nabídku, poté oddělím a to samé vb-žím pro další a další části?

Není třeba pro každou část zvláštní obálka se zvláštními doklady?