



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Boxy mrazící
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-022133
ev. č. VZ u zadavatele:	17/17/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 21.8.2017 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) dle § 98 zákona. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele na ně jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Hlubokomrazící skříňový box: Je možné nabídnout totožný box s vrchním otevíráním? Při otevření dveří drží oproti skříňovému teplotu bez výkyvu. U takto malého objemu se i lépe pracuje se základacím systémem vzorků.
Znění odpovědi:
Hlubokomrazící skříňový box s vrchním otevíráním není možné nabídnout s ohledem na požadavky provozu klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Zadavatel i nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 2 ZD
Zadavatel v dané věci sděluje, že na základě realizovaného průzkumu trhu je mu známo více výrobců, kteří daný požadavek splňují.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na **profilu zadavatele** – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 23.8.2017

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice