



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Centrifuga chlazená 2
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-022492
ev. č. VZ u zadavatele:	18/17/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 23.8.2017 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) dle § 98 zákona. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele na ně jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

V technické specifikaci je uvedeno, že v rámci příslušenství je vyžadován „Křížový výkyvný rotor s příslušnými kyvetami a adaptéry o min. celkovém objemu 4 x 250 ml“.
Je tím myšleno, že součástí nabídky mají být i adaptéry pro objem 4 x 250ml nebo se jedná pouze o specifikaci rotoru pro budoucí využití?

Znění odpovědi:

Ano, dle požadavku uvedeného v příloze č. 2 ZD v pol. č. 12, mají být součástí nabídky i adaptéry, v daném případě pro objem 4 x 250ml. Jedná se o nepodkročitelný požadavek, tj. že nabízené plnění musí tento požadavek splňovat.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Stejná otázka je pro specifikaci „Min. počet centrifugovaných odběr. zkumavek 16 x 100ml na celkový rotor: 48ks“.
Jedná se pouze o specifikaci rotoru, kterou musí tento splňovat, nebo zadavatel předpokládá součástí nabídky i adaptéry pro uvedené rozměry?

Znění odpovědi:

Jedná se o specifikaci rotoru, kterou musí nabízené plnění splňovat, tzn., že daný požadavek stanovuje, jaký počet zkumavek musí dodaný rotor centrifugovat. Pokud je tedy pro splnění daného požadavku nutný adaptér, musí být součástí nabídky/dodávky (viz. formulace požadavku v pol.č. 12, kde je uvedeno „...s příslušnými kyvetami a adaptéry...“.

Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!!** se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 25.8.2017

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice