

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
	Zvýšení kvality návazné péče – Rehabilitace a fyzikální terapie
	Část 4 – Elektroléčebný přístroj
Název veřejné zakázky:	Část 9 – Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
	Část 10 – Ergonomické multifunkční hygienické křeslo
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-4
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-006319

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

Trvá zadavatel na splnění požadavků v popisu přístroje, tzn., aby přístroj umožňoval elektrodiagnostiku, spastickou stimulaci, IG pulzy, modulovaný pulsní proud, VMS proudy, elektrická post-izometrická relaxace (EPIR), HVT (vysokonapěťová terapie)?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel trvá na splnění všech požadavků a funkcí předmětu plnění, stanovených v technické specifikaci v zadávací dokumentaci. Přístroj musí umožňovat funkce, uvedené v popisu přístroje, neboť za účelem tohoto využití je přístroj pořízován.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci pro část 9 „Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci“ požaduje mimo jiné i následující parametry:

- rozsah pohybu v kyčelním kloubu 0° - 35°
- nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°

Žádáme zadavatele o upřesnění, který z uvedených rozsahů nastavení úhlu pohybu v kyčelním kloubu platí.

Odpověď zadavatele:

Platné a nepodkročitelné jsou oba výše uvedené parametry, konkrétně požadavky č. 10 a 11 technické specifikace předmětu plnění. Požadavek č. 10 „rozsah pohybu v kyčelním kloubu 0° - 35°“ se vztahuje k možnosti rozsahu pohybu přístroje v kyčelním kloubu ve směru zprava doleva (abdukce). Požadavek č. 11 „nastavitelný úhel v kyčli 0° - 15°“ se vztahuje k možnosti rozsahu nastavení části opěrné plochy ve směru dozadu a dopředu (extenze).

Ilustrativní obrázky k odpovědi č. 2:



abdukce

Abdukce
(rozsah pohybu
kloubu 0° - 35°)



extenze
v kyčelním
kloubu

Extenze
(rozsah pohybu
kloubu 0° - 15°)

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci pro část 10 „Ergonomické multifunkční hygienické křeslo“ požaduje mimo jiné i následující parametr:

- funkce otevírání sedáku

Námi nabízené řešení umožňuje pečovateli použít přirozenou a hygienickou pracovní metodu díky sedáku, který je složen ze dvou částí. Sedák má dostatečně velký zadní otvor, díky kterému klient sedí pouze na zadní části stehen. Pečovatel má tak dostatečný přístup k osobní hygieně klienta a nedochází k zanedbání hygieny žádné části těla.

Bude zadavatel akceptovat výše uvedené řešení sedáku hygienického křesla?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel nebude akceptovat výše uvedené alternativní řešení sedáku hygienického křesla a trvá na původním parametru zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.

V Jihlavě dne

v zastoupení

.....

MUDr. Lukáš Velez, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace