

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

1.1. Název veřejné zakázky:	Ostatní vybavení PCHO
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-014573
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Sídlo:	Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ:	00839396
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Obrácíme se na Vás se žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „Ostatní vybavení PCHO“ (část A – Nábytek a ostatní vybavení), jejímž zadavatelem je Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace.

1. Položky 468001, 468002, 469003, 463301, 468001 – v těchto položkách je uvedena stolová rámová kovová podnož a rovněž je uveden materiál nebo povrchová úprava „eloxovaný hliník“. Mají být podnože kovové nebo mají být vyrobeny z hliníku?
2. Položka 460084 – stolek (2 kusy) – nikde jsme nenašli specifikaci k tomuto stolku – prosíme o doplnění
3. Položka 469012 - stůl víceúčelový výklopný na stěnu – popis výrobku je nedostačující pro určení ceny – prosíme o upřesnění.
4. Lze u pracovních stolů požadovaný plastový boční kanál pro vedení elektroinstalace nahradit kovovým?

ODPOVĚĎ 1

Ad. 1 – U uvedených položek v příloze ZD standardy mobiliáře upřesňujeme: u položek 468001, 468002, 463301, 468001 patří materiál kov, přesněji materiál eloxovaný hliník, dále u položky věšák nástěnný 469003 nepatří položka eloxovaný hliník.

Ad. 2 – položku uchazeč ocení jako „jednací stolek“ předepsaných rozměrů dle technických standardů ZD, příloha. č. 1, strana 62.

Ad. 3 – zadavatel považuje popis standardu pod položkou 469012 stůl víceúčelový výklopný na stěnu, na straně 31 standardů mobiliáře za dostatečný k určení ceny.

Ad. 4 – zadavatel trvá na specifikaci uvedené v příloze standardů mobiliáře, tedy uchazeč nacení plastový boční kanál.

DOTAZ 2

bylo by prosím možné nahradit specifikaci u položky č. 405002 „stolek patientský univerzální kovový pojízdný“ následujícím řešením?

stolek patientský kovový pojízdný oboustranný s integrovaným robustním kovovým vodícím madlem, výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, bezpečné ovládání zdvihu mechaniky páčkou s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu, 1x vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokadou proti náklonu, spodní zásuvka doplněná systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L). Jídelní deska omyvatelná v dekoru zásuvek, s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním, vstříkovaným po stranách desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích.

Základní odkládací deska v dekoru zásuvek se zvýšeným ochranným plastovým okrajem, vstříkovaným po celém **stranách** desky. Plastová výjimatelná vložka horní a spodní zásuvky z ABS plastu, kolečka s gumovým běhounem 70mm - min. dvě kolečka brzditelná, držák ručníku, nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha č. 1, konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby.

Rozměry: zdvih jídelní desky **730 -1100 mm. Š510xH.485xV.930mm**, rozměr jídelní desky:

600 x 345 mm

ODPOVĚď 2

Zadavatel trvá na specifikaci uvedené v příloze standardy mobiliáře ZD, tedy nepřipouští změnu standardu.

INFORMACE 1

Zadavatel na základě svého práva upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů pro část 1) Nábytek a ostatní vybavení takto:

původní znění uvedené v bodě 5.1.1.1. se ruší a nahrazuje novým platným zněním

5.1.1.1. pro část 1) min. 3 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka a montáž nábytku ve zdravotnictví bez nemocničních lůžek, z toho min. 1 dodávka o finančním objemu min. 7 mil. Kč bez DPH a 2 dodávky, z nichž každá byla ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH,

Zadavatel poskytuje samostatnou přílohou Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů (viz Příloha č. 1 - Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů - revize 29. 8. 2017), kde provedl v části A) výše uvedenou úpravu bodu 5.1.1.1. Původní příloha Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů se tímto ruší a nově uveřejněné se stává součástí zadávací dokumentace.

INFORMACE 2

Zadavatel současně analogicky upravuje a doplňuje formulář Svazku 2 příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek - část A). Původní formulář tímto pozbývá platnosti a nový uveřejněný se stává součástí zadávací dokumentace (viz Příloha č. 2 - Svazek 2 příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek - část A) - revize 29. 8. 2017).

Upozornění: Svazek 2 Příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek pro ostatní části VZ uveřejněné na profilu zadavatele při zahájení výběrového řízení zůstávají v platnosti.

INFORMACE 3

Zadavatel na základě výše změny a doplnění zadávacích podmínek ruší Odpověď 1 uvedenou ve Vysvětlení zadávací dokumentace 2.

INFORMACE 4

Z důvodu změny a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **25. 9. 2017** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **25. 9. 2017** Čas: **10:01 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro všechny části veřejné zakázky.**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů - revize 29. 8. 2017

Příloha č. 2 - Svazek 2 příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek - část A) - revize 29. 8. 2017