

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006855 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel dne 1. 9. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 8 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci ve svazku 1, příloze č. 1 - minimální technické parametry – část 6) Nebulizátor s ohřevem vč. průtokoměru **možnost použití bez vyhřívání okruhů i s vyhříváními okruhy s indikací správného zapojení a integrovaným měřením teploty okolního vzduchu s automatickou regulací výhřevu.**

Dotaz

Bude zadavatel akceptovat technické řešení používání bez vyhřívání okruhů, ale s možností měření teploty aerosolu v okruhu vloženým teploměrem a s regulací teploty aerosolu přímo na přístroji?

ODPOVĚĎ 1

DOTAZ 2

Dále zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci ve svazku 1, příloze č. 1 - minimální technické parametry – část 2) Dávkoč injekční a část 3) TCI – TIVA Dávkoč injekční **nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu min. 9 úrovních v rozsahu min. 75-900 mmHg.**

Dotaz

Bude zadavatel akceptovat řešení s nastavitelným limitem okluzního tlaku v 11 úrovních v rozsahu 150-975 mmHg?

ODPOVĚĎ 2

DOTAZ 3

1. dotaz pro část 2 a 3

Zadavatel požaduje pro injekční dávkoč nastavitelný limit okluzního tlaku min 9 úrovních 75 – 900 mmHg.

Není znám medicínský účel, který by vyžadoval požadovanou spodní hranici limitu okluzního tlaku.

V běžné praxi se používají limity 300 až 900 mmHg, které odpovídají mezinárodním bezpečnostním standardům.

Bude zadavatel akceptovat běžný rozsah okluzního tlaku 150 – 900 mmHg?

ODPOVĚĎ 3

DOTAZ 4

2. dotaz pro část 2

Zadavatel požaduje pro infuzní pumpu mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny – zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy.

Mohl by prosím zadavatel blíže specifikovat tento požadavek?

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Požaduje zadavatel možnost použití infuzního setu se svorkou, která zabrání volnému toku infuze do pacienta při vyjmutí setu z infuzní pumpy?

ODPOVĚĎ 4

DOTAZ 5

3. dotaz pro část 2

Zadavatel požaduje pro monitorovací software možnost exportu do Excelu.

Mohl by zadavatel zvážit vyškrtnutí tohoto požadavku vzhledem k blížící se platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? Exportovaná data obsahují osobní údaje pacientů.

ODPOVĚĎ 5