



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 6

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 1 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006853 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

Dotaz k části 5. Ventilátory, Dokument: Svazek 1 příloha č.1 Minimální technické parametry, část 5, Položka 147112, ventilátor plicní transportní ARO.: držák na lůžko pacienta - uchycení do nožního čela lůžka o šířce cca 3 cm.

Konzultací s několika významnými výrobci postelí pro JIP jsme dostali informaci, že čela postele nejsou primárně určena k zavěšení předmětů. Kolikrát prý vede v madle čela i kabeláž. Navíc, poškození čela může vést i ke ztrátě záruky. K zavěšení může sloužit eurolišta (medilišta), která se dá připevnit i k do čela postele. Nebo existuje možnost speciálních hrazd, které se ukotví do portu v dolní části postele a na ní se pak dají jakékoliv předměty položit, či zavěsit. Umožňuje zadavatel připevnění ventilátoru variantou držáku s hrazdou, či s eurolištou?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil uvedenou skutečnost u dodavatele (vítězného uchazeče) lůžek pro jednotky intenzivní péče. V zadním čele není vedena žádná kabeláž a konstrukčně je zadní čelo konstruováno na velké zatížení. Pomocí zadního čela je manipulováno s celým lůžkem, jehož hmotnost dosahuje při plném zatížení až 500 kg (cca 200 kg hmotnost lůžka, cca 300 kg zatížení lůžka). Umístění ventilátoru na nožní čelo lůžka je zcela běžné a zajišťuje dobrou dostupnost pro personál a minimalizuje riziko poškození přístroje oproti umístění na eurolištu. Zadavatel tak trvá na stávajících požadavcích.

INFORMACE 1

Z důvodu nedodržení lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **18. 9. 2017 Čas: 10:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum **18. 9. 2017 Čas: 10:01 hodin**

Výše uvedená lhůta pro doručení nabídek a podmínky pro otevírání obálek **platí shodně pro všechny části veřejné zakázky.**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.