

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 4 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006861 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení dne 9. 10. 2017 s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

DOTAZ 1

Zadavatel v minimálních technických parametrech u položky 131111 stůl operační vč. příslušenství požaduje ledvinový můstek, umístění na matraci stolu.

Bude zadavatel akceptovat technické řešení integrovaného ledvinového můstku do desky operačního stolu s výškovým nastavením až 120 mm?

DOTAZ 2

Zadavatel v minimálních technických parametrech u položky 11143 stůl zákrokový 2 segmentová plocha požaduje výšku nastavitelnou v rozsahu min. 65-90 cm pomocí elektromotoru.

Bude zadavatel akceptovat nastavitelnost výšky v rozsahu 720-1070 mm?

DOTAZ 3

„Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči – část 4: Elektroauter 300W“

1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„Universální porty s automatickou identifikací minimálně bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky“

Při kombinaci univerzálního portu pro mezinárodní zástrčky a automatické identifikace nástroje s automatickým nastavením hodnot může docházet při připojení jiného univerzálního kabelu bez této technologie ke zmatečným situacím, kdy dojde k automatickému nastavení nesprávných hodnot. Bez pečlivé kontroly obsluhujícího personálu může toto vést nejen ke zničení připojeného nástroje, ale také k vážnému poškození pacienta.

Námi nabízená technologie nabízí jako variantu rychlé nastavení parametrů pomocí přednastavené funkce ve 2 intuitivních krocích.

Bude zadavatel ochoten akceptovat i tuto nabízenou variantu?

2. Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

„Programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI) nebo z USB“

Bude zadavatel akceptovat splnění uvedeného parametru za předpokladu, že programování generátoru bude prováděno jednou z variant WIFI nebo USB nebo jiný běžný typ portu určený pro uvedený účel?

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

DOTAZ 4

Část VZ 7. Spirometr přenosný stolní

V minimálních technických parametrech: spirometr přenosný stolní budete akceptovat konfiguraci spirometr + Notebook + externí tiskárnu.