

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 5

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006855 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČ: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) k veřejné zakázce vyhlášené zadavatelem Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace vedené pod názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2“:

účastník ve Vysvětlení zadávací dokumentace 4 ze dne 29. 9. 2017 nenalezl odpověď na Dotaz č. 3, konkrétně na otázku: „Mohl by zadavatel zvážit možnost soutěže hodnoty celé veřejné zakázky včetně spotřeby infuzních setů, případně navrhnout váhu jednotlivých kritérií?“. Dle názoru účastníka je výhodnější podobnou veřejnou zakázku soutěžit i s cenou spotřebního materiálu. Zadavatel s ohledem na použitelnost dedikovaných setů až 72 hodin může zjistit, že použití infuzních pump s dedikovanými sety je ekonomicky výhodnější.

Dále zadavatel neodpověděl na dotaz týkající se cenové kalkulace. Zadavatel tvrdí, že hodnota spotřebního materiálu výrobce infuzní techniky za dobu životnosti infuzní techniky převyší cenu samotné dodávky. Účastník je schopen, jak již dříve nabízel, garantovat jak požadovanou kvalitu a přesnost, tak i ekonomickou výhodnost při využívání vlastních dedikovaných setů, nakalibrovaných, bez nutnosti použití kapkového senzoru a dostatečně dlouhých, tedy bez nutnosti napojování dalšího prodlužovacího materiálu, což samo o sobě zvyšuje cenu spotřebního materiálu ostatních výrobců.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel zvážil možnost soutěže infuzní techniky včetně spotřeby infuzních setů, ale z pohledu zadavatele je tento postup pro zadavatele v tomto případě nevhodný, stejně jako využití váhových kritérií.

Zadavatel nemůže akceptovat názor uchazeče, že může garantovat ekonomickou výhodnost při využívání vlastních dedikovaných setů. Uchazeč nezná spotřeby infuzních setů zadavatele, ani ceny současně odebíraných setů včetně jejich kvality a v konečném důsledku ani procentuální počet podaných infuzí, které trvaly déle než 24 hod. a lze u nich využít výhodu delší životnosti infuzního setu. Z výše uvedeného zadavatel trvá na stávající technické specifikaci, která zajistí zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku na dodávku infuzní techniky a dále umožní následně i získat ekonomicky nejvýhodnější nabídku na spotřební materiál dle aktuálních potřeb zadavatele.