



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sidlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Věž hysteroskopická
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-026022
ev. č. VZ u zadavatele:	19/17/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne **13.10.2017** Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

Full HD kamerová hlava 1. 3-čipová CCD FULL HD kamerová hlava

Akceptuje zadavatel systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie)? Nabízený senzor pak nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o plnohodnotné alternativní řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Znění odpovědi:

Zadavatel nebude akceptovat systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie) S ohledem na klinicko-medicínský účel použití předmětu veřejné zakázky zadavatel trvá na svém technickém požadavku č. 29 ve znění „3 čipová CCD FULL HD kamerová hlava s očníkovým adapterem pro napojení optik různých výrobců“. Splnění daného požadavku v celém rozsahu je pro plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Zadavatel v dané věci sděluje, že v současné době jsou mu známi min. 3 výrobci, kteří mají ve svém portfoliu plnění, které daný technický požadavek splňuje.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:

Kamerová hlava autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°C

Akceptuje zadavatel nabídku kamerové hlavy, u které je požadavek na práci ve sterilním operačním poli řešen potažením kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním návlekm? Jedná se o alternativní technické řešení plnící primární medicínský účel a naplňující všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Znění odpovědi:

Zadavatel nebude akceptovat tazatelem navrhované alternativní řešení - nabídku kamerové hlavy, u které je požadavek na práci ve sterilním operačním poli řešen potažením kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním návlekm. S ohledem na klinicko-medicínský účel použití předmětu veřejné zakázky zadavatel trvá na svém technickém požadavku č. 30. ve znění „kamerová hlava autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°C“. Splnění daného požadavku v celém rozsahu je pro plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Zadavatel v dané věci sděluje, že v současné době jsou mu známi min. 3 výrobci, kteří mají ve svém portfoliu plnění, které daný technický požadavek splňuje.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele **za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 17.10.2017

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice