

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 3

- |                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 4</b> |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006861                                                          |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |                                                                       |
| Název:                                | <b>Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace</b>                       |
| Sídlo:                                | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč                                   |
| IČ:                                   | 00839396                                                              |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Dodávky                                                               |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                                                       |
| 1.6. Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                                                            |

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

### **DOTAZ 1**

Zadavatel v minimálních technických parametrech u položky 131111 stůl operační vč. příslušenství požaduje polohování hlavové desky v rozmezí  $-45^{\circ}/+45^{\circ}$

Bude zadavatel akceptovat polohování hlavové desky v rozsahu  $-30^{\circ}/+30^{\circ}$

### **ODPOVĚĎ 1**

Zadavatel trvá na polohování hlavové desky v rozmezí  $-45^{\circ}/+45^{\circ}$ , nebude tedy akceptovat nižší rozsah.

### **DOTAZ 2**

Zadavatel v minimálních technických parametrech u položky 131111 stůl operační vč. příslušenství požaduje Speciální hlavovou část pro ORL operace.

Co je přesně touto částí myšleno, polohovatelná podpěra hlavy ( kalota ) ?

### **ODPOVĚĎ 2**

Ano, požadavkem je myšlena speciální hlavová část pro ORL tzv. Kalota s úchytem.