



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Sterilizátor plazmový
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-030734
ev. č. VZ u zadavatele:	08/17/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne **14.11.2017** Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Doslovné znění dotazu včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
<p>V Příloze č. 2 ZD - „Technická specifikace předmětu plnění - minimální požadavky na předmět plnění“ je mimo jiné uveden i tento požadavek:</p> <p>Plazmový sterilizátor s generováním plazmatu přímo ve sterilizační komoře.</p> <p>Námi nabízený plazmový sterilizátor využívá jiný způsob generování plazmy, a to mimo sterilizační komoru, což však nemá vliv na vlastní průběh a kvalitu sterilizace. Přístroj samozřejmě splňuje všechny požadavky platné legislativy a příslušných norem platných v ČR i EU. Platné předpisy nestanovují způsob generování plazmy. Požadavek na generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře je dle našeho názoru diskriminační.</p> <p>Dotaz č. 1: Je pro zadavatele akceptovatelný plazmový sterilizátor, který generuje plazmu mimo sterilizační komoru, a který splňuje požadavky platné legislativy a příslušných norem platných v ČR i EU.</p>
Znění odpovědi:
<p>Pro zadavatele není akceptovatelný plazmový sterilizátor, který generuje plazmu mimo sterilizační komoru.</p> <p>Zadavatel trvá na požadavku generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný požadavek, neboť při generování plazmatu ve sterilizační komoře je zajištěna sterilizační účinnost nejenom prostřednictvím par peroxidu vodíku, ale i UV zářením a volnými radikály, které vznikají při rozkladu molekul peroxidu přímo v komoře. U plazmových sterilizátorů s generováním plazmatu mimo komoru je sterilizační účinek v komoře zajištěn pouze parami peroxidu vodíku.</p> <p>Zadavatel v dané věci sděluje, že v současné době je mu známo více výrobců na trhu, kteří mají ve svém portfoliu plnění splňující daný požadavek.</p>

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele **za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 16.11.2017

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka



.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice