

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – Centrální operační sály a urgentní příjem Část 5 – Přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-3
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2017-005966

<b>Veřejný zadavatel:</b>	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
<b>Zastoupen:</b>	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
<b>Sídlo:</b>	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
<b>IČ: 0090638</b>	DIČ: CZ00090638
<b>Bankovní spojení:</b>	18736–681/0100, KB, a.s.
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:sekretariat@nemji.cz">sekretariat@nemji.cz</a>
<b>tel:</b>	567 157 540
<b>fax:</b>	567 301 212

### Předmět veřejné zakázky

Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových anesteziologických přístrojů s monitorovací jednotkou. Součástí plnění je i bezplatný záruční servis a provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho příslušnými prováděcími předpisy.

Zakázka byla zahájena odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 4. 7. 2017.

### Účastníci zadávacího řízení:

Účastník	Právní forma	IČO	Sídlo
<b>A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.</b>	Společnost s ručením omezeným	63983524	Letohradská 369/3, 170 00 Praha
<b>medisap,s.r.o.</b>	Společnost s ručením omezeným	48029360	Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha
<b>Dräger Medical s.r.o.</b>	Společnost s ručením omezeným	26700760	Pod Sychrovem I 1063/81, 101 00 Michle - Praha 10
<b>Mediset-Chironax s.r.o.</b>	Společnost s ručením omezeným	48200417	B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

### Vyloučení účastníci zadávacího řízení:

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

### Způsob hodnocení

Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomickou výhodnost nabídky. Součástí výpočtu ekonomické výhodnosti jsou zejména celkové předpokládané náklady, které lze s jistotou předpokládat v období následujících pěti let a dále pak technická úroveň nabízeného předmětu plnění.

### Díličí kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Kritérium	Váha v %	Maximální počet vážených bodů
<b>Celkové předpokládané náklady</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Technická úroveň</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

#### **1. Celkové předpokládané náklady – nákladové kritérium (nižší je lepší)**

Celkové předpokládané náklady jsou zjištěny výpočtem podle vzorce:

$$CPN = NC + (60 - ZZJ)/12 * PBTk$$

Kde:

**CPN** - celkové předpokládané náklady

**NC** - nabídková cena za všechny přístroje bez DPH

**ZZJ** - poskytnutá záruka v měsících (minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců)

**PBTk** - cena 1 roční bezpečnostně technické kontroly bez DPH za všechny přístroje

Počet vážených bodů za toto kritérium se získá výpočtem podle vzorce:

$$\text{Body} = (\text{nejnižší CPN} / \text{CPN posuzované nabídky}) * 70$$

#### **2. Technická úroveň – výnosové kritérium (vyšší je lepší)**

V kritériu Technická úroveň je u každého přístroje hodnoceno:

Parametr	Body
<b>Flow trigger</b> - za každou desetinu l o kterou se sníží dolní hranice oproti minimálnímu požadavku (minimální požadavek 0,5-10l/min)	2 body

<b>Inspirační průtok</b> - za každý litr navíc oproti min. požadavku (minimální požadavek 120l/min)	2 body
<b>Počet současně zobrazených křivek</b> na obrazovce monitoru životních funkcí mimo režim 10-ti svodového EKG, za každou křivku 2 body	2 body
<b>Přístroj umožňuje analýzu 4 nebo 5 anestetik</b>	ANO = 5 bodů NE = 0 bodů

Body za všechny přístroje se sečtou a celkový počet vážených bodů za toto kritérium je získán výpočtem podle vzorce:

$$\text{Body} = (\text{počet bodů posuzované nabídky} / \text{body nejlépe hodnocené nabídky}) * 30$$

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 119 ZZVZ. Vážené body za obě dílčí kritéria byla sečtena a zadavatel seřadil nabídky sestupně podle počtu získaných bodů. Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejvyšším počtem celkových bodů.

V případě shodného výsledku u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los za účasti notáře a těch účastníků, jejichž nabídky obsahovaly shodné hodnoty.

### Výsledek hodnocení:

Účastník	A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.	medisap, s.r.o.	Dräger Medical s.r.o.	Mediset-Chironax s.r.o.
<b>1. Celkové předpokládané náklady</b>				
Nabídková cena bez DPH	3 269 700	3 390 000	2 647 500	2 547 720
Cena PBTK bez DPH	77 676	27 000	57 000	26 700
Záruka (v měsících)	24	24	24	24
<b>CPN</b>	<b>3 347 379</b>	<b>3 417 003</b>	<b>2 704 503</b>	<b>2 574 423</b>
<b>Vážené body za CPN</b>	<b>53,84</b>	<b>52,74</b>	<b>66,63</b>	<b>70,00</b>
<b>2. Technická úroveň</b>				
Flow trigger	<b>8 bodů</b> (0,1-10l/min)	<b>6 bodů</b> (0,2-10l/min)	<b>4 body</b> (0,3-15l/min)	<b>6 bodů</b> (0,2-10l/min)
Inspirační průtok	<b>120 bodů</b> (180l/min)	<b>0 bodů</b> (120l/min)	<b>60 bodů</b> (150l/min)	<b>0 bodů</b> (120l/min)
Počet současně zobrazených křivek na obrazovce monitoru	<b>20 bodů</b> (10 křivek)	<b>20 bodů</b> (10 křivek)	<b>22 bodů</b> (11 křivek)	<b>20 bodů</b> (10 křivek)
Přístroj umožňuje analýzu 4 nebo 5 anestetik	<b>5 bodů</b> (ano 5)	<b>0 bodů</b> (pouze 3)	<b>5 bodů</b> (ano 5)	<b>0 bodů</b> (pouze 3)
<b>Body za technickou úroveň</b>	<b>153</b>	<b>26</b>	<b>91</b>	<b>26</b>
<b>Vážené body za tech. úroveň</b>	<b>30,00</b>	<b>5,10</b>	<b>17,84</b>	<b>5,10</b>
<b>BODY CELKEM</b>	<b>83,84</b>	<b>57,84</b>	<b>84,48</b>	<b>75,10</b>
<b>CELKOVÉ POŘADÍ</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

### Identifikace vybraného dodavatele a sjednaná cena:

#### **Dräger Medical s.r.o.**

Pod Sychrovem I 1063/81, 101 00 Michle - Praha 10

IČO: 26700760

**Podpis kupní smlouvy:** 14. 11. 2017

#### **Sjednaná cena**

Kupní cena za předmět plnění (za 3 kusy přístrojů) včetně příslušenství: **2 647 500 Kč bez DPH**  
Cena roční PBTk (za 3 kusy přístrojů): **57 000 Kč bez DPH**

#### **Odůvodnění výběru dodavatele:**

Nabídka vybraného dodavatele byla v souladu s § 122 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, což bylo jediné a základní hodnotící kritérium. Zároveň byla nabídka posouzena hodnotící komisí a byla shledána vyhovující, jak z pohledu splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, tak z pohledu splnění technických a kvalitativních požadavků na předmět plnění.

#### **Označení poddodavatelů:**

Žádný poddodavatel vybraného dodavatele není ke dni uveřejnění písemné zprávy zadavateli znám.

#### **Odůvodnění použitých komunikačních prostředků:**

V průběhu zadávacího řízení byly použity elektronické komunikační prostředky. Účastníkům zadávacího řízení bylo umožněno podání nabídky elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na certifikovaném nástroji EZAK.

#### **Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů:**

U žádné osoby nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů.

#### **Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:**

Výše uvedená veřejná zakázka byla rozdělena na 7 částí, přičemž každá část zakázky byla zadána a hodnocena samostatně. Zadavatel nijak neomezil počet částí, pro které je možno podat nabídku, účastníci mohli podávat nabídku pro jednu část, pro vícero částí či pro všechny části zakázky.

#### **Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu:**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

#### **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Jihlavě dne

.....  
**MUDr. Lukáš Velev, MHA**  
**ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace**