



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace k části zakázky

Sekvenátor NGS

č. 1

Název zakázky:

ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - MIKROBIOLOGIE A BIOCHEMIE

Zakázka je zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení - otevřené řízení dle § 56 Zákona

Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona

Druh zakázky - na dodávky dle § 14, odst. 1 Zákona

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-031966

Evidenční číslo zadavatele: O-2017-5



Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto na žádost odpovídá a toto vysvětlení také uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Znění žádosti:

- 1) V zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy je uvedeno že přístroj musí splňovat předepsané normy dle zákona o zdravotnických prostředcích, atd.. Lze nabídnout NGS sekvenátor který není zdravotnický prostředek, ale splňuje veškeré technické a další parametry? V současné době nejsou na trhu NGS sekvenátory, které jsou zdravotnickými prostředky.
- 2) V technické specifikaci dodávky část 3 (Sekvenátor NGS) v bodě 4 je uvedeno, že součástí dodávky je veškeré příslušenství pro přípravu NGS knihoven – např. analyzátor pro ověření velikosti fragmentů knihovny pro NGS. Znamená to, že součástí dodávky musí být dodán analyzátor pro ověření velikosti fragmentů (např. Bionalyzer, TapeStation, Advnced Analytical, atd.) nebo dodání gelové elektroforézy je dostačující?
- 3) V zadávací dokumentaci v bodu 13. Hodnocení nabídek je uveden vzorec pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky. Nabídka se bude hodnotit pouze podle NŽC (nejnižší hodnota NŽC má váhu 100% pro výběr uchazeče)? Je uvedený vzorec v dokumentaci správný?

Vysvětlení zadavatele k bodu 1) žádosti:

Pokud nabízený sekvenátor není zdravotnický prostředek, ale splňuje veškeré technické a další parametry, pak se ho normy dle zákona o zdravotnických prostředcích netýkají a vyhovuje v tomto bodu zadávacím podmínkám. Nabízené zboží nesmí tyto normy porušovat.

Vysvětlení zadavatele k bodu 2) žádosti:

Ano, součástí dodávky musí být dodán analyzátor pro ověření velikosti fragmentů (např. Bionalyzer, TapeStation, Advnced Analytical, atd.) Dodání gelové elektroforézy není dostačující.

Vysvětlení zadavatele k bodu 3) žádosti:

Ano, nabídky se budou hodnotit podle NŽC (nejnižší hodnota NŽC má váhu 100 % pro výběr účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou). Vzorec uvedený v zadávací dokumentaci je platný.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.