

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – SPECT/CT
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zakázky:	O-2017-8
Evidenční číslo na VVZ:	Z2017-033186

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

V bodě 3.1. ZD – Předmět plnění VZ je uvedeno:

„poskytnutí soupisu jednotlivých prvků zařízení (souborů movitých věcí, které jsou součástí dodávky), které budou předmětem dodávky, s uvedením jejich jednotkových cen a množství, v tomto soupisu bude rovněž uvedena cena za instruktáže obsluhy, za provádění odborné údržby zařízení v rozsahu dle smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, a za provedení souvisejících stavebních či jiných prací, tento soupis bude přiložen jako příloha č. 2 smlouvy.“

Dle čl. 1.1. KS předmětem plnění této smlouvy je:

„poskytnutí soupisu jednotlivých prvků zařízení (souborů movitých věcí, které jsou součástí dodávky), které budou předmětem dodávky, s uvedením jejich jednotkových cen a množství, v tomto soupisu bude rovněž uvedena cena za instruktáže obsluhy, za provádění odborné údržby zařízení, tento soupis bude přiložen jako příloha č. 2 smlouvy.“

Dotaz:

Rozumíme správně, že dle čl. 1.1. KS předmětem plnění ze strany dodavatele nejsou stavební práce (např. úpravy podlah, stínění vyšetřovny, olovnaté sklo, osvětlení...)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje ve smyslu článku 3.1. ZD, aby součástí předmětu plnění byly veškeré práce a činnosti potřebné k provedení instalace a uvedení systému do provozu (požadavek se nevztahuje např. ke stínění, osvětlení, či olovnatému sklu).

Zadavatel též umožnil všem účastníkům prohlídku místa plnění, kde bylo možno pokládat dotazy ohledně rozsahu prací, souvisejících s uvedením přístroje do provozu. Následně měl účastník možnost zaslat zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kde by byly konkrétní otázky řešeny v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

K této záležitosti se přímo vztahuje článek **3. 1. Předmět plnění** a článek **4.3. Prohlídka místa plnění** zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázky účastníka a odpovědi zadavatele se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace