



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Věc: Dodatečné informace č. 1

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	RTG C-rameno
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky / zjednodušené podlimitní řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	05/13/VZ

Zadavatel shora uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 5.11.2013 Žádost o dodatečné informace. Přesné znění žádosti včetně odpovědi zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1

V ZD, příloze č. 2 „Technická specifikace předmětu plnění“, Tabulka technických parametrů, uvádíte požadavek: **Stranově stavitelné monitory.**

Námi nabízený přístroj je vybaven monitorovým vozíkem se dvěma monitory. Vozík je na kolečkách a snadno ho lze natočit do jakéhokoli úhlu vzhledem k obsluze nebo lékaři i během vyšetření. Samotné monitory stranově stavitelné nejsou.

Dotaz:

Je pro zadavatele přijatelné alternativní plnohodnotné řešení s možností libovolného stranově stavitelného natáčení monitorů prostřednictvím natočení vozíku?

Znění odpovědi:

Ano, pro zadavatele je přijatelné výše popsané alternativní řešení s možností libovolného stranově stavitelného natáčení monitorů prostřednictvím natočení vozíku.

Dotaz č. 2

V ZD, příloze č. 2 „Technická specifikace předmětu plnění“, Tabulka technických parametrů, uvádíte požadavek: **Výškové polohování monitorů (stavitelné monitory nebo vozík) pro lepší viditelnost snímkaného pole.**

U námi nabízeného přístroje nelze monitory polohovat, jsou však umístěny v optimální výšce pro komfortní náhled operátora. Pro potřeby RTG obsluhy jsou k dispozici 2 náhledové monitory na každém boku ovládacího C ramene.

Dotaz:

Trvá zadavatel na požadavku polohování monitorů?

Znění odpovědi:

Zadavatel netrvá na požadavku polohování monitorů.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel upravuje přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek ze dne 25.10.2013 (dále jen „výzva“), a to tak, že daná položka (položka č. 33) je v této příloze označena jako „nepožadovaná.“

Rozhodnutí zadavatele

Na základě Žádosti uchazeče o dodatečné informace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, týkajícími se technické specifikace předmětu plnění veřejné zakázky uváděné v příloze č. 2 výzvy, **zadavatel rozhodl o úpravě požadavků na předmět plnění** a to tak, jak uvádí v tomto dokumentu výše. **Ostatní ustanovení v celé výzvě i jejích přílohách zůstávají beze změn.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s úpravou požadavků na předmět plnění uvedených v příloze č. 2 výzvy zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 21. listopadu 2013 do 9:15 hodin.** Zadavatel v souvislosti s touto změnou oznamuje dodavatelům provedení úpravy termínu lhůty pro podání nabídek v uveřejněných informacích na profilu zadavatele (<https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00842001>).

Uveřejnění dodatečných informací

Dodatečné informace jsou v souladu s článkem 13.2.1 výzvy zasílány všem dodavatelům, kterým byla kompletní výzva (textová část i ostatní části) poskytnuta způsobem uvedených v článku 13.1.1 výzvy (prostřednictvím profilu zadavatele na základě registrace uchazeče) nebo dodavatelům, kteří byli zadavatelem písemně vyzváni k podání nabídky - v tomto případě budou dodatečné informace dodavatelům zaslány na kontaktní údaje uvedené na jejich webových stránkách. Dodatečné informace jsou uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: <https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00842001>.

Nové znění přílohy č. 2 výzvy ve formátu .pdf je přílohou tohoto dokumentu.

V Novém Městě na Moravě dne 6.11.2013

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka