



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 7- Ambuvaky

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro
návaznou péči - část 2 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006855 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka s názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2“ byla zadavatelem rozdělena ve smyslu §35 ZZVZ na 8 dílčích částí. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva je pro část 7 - Ambuvaky.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě na tuto část veřejné zakázky (část 7 - Ambuvaky) činí 80 508,00 Kč bez DPH.

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – PRO ČÁST 7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávacího řízení se zúčastnili níže identifikovaní účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č.	3
Obchodní firma:	DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
IČO:	63493179
Nabídka č.	8
Obchodní firma:	POLYMED medical CZ, a.s.
Sídlo:	Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
IČO:	27529053
Nabídka č.	9
Obchodní firma:	CHEIRON a.s.
Sídlo:	Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
IČO:	27094987

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ČÁSTI 7 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Nabídka č.	3
Obchodní firma:	DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim
IČO:	63493179

Odůvodnění:

Zadavatel provedl (prostřednictvím komise) posouzení nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a dospěl k závěru, že předložené údaje a doklady obsahují nejasnosti. Z tohoto důvodu komise požádala dodavatele DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. o písemné objasnění nabídky podle § 46 odstavec 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Zadavatel v rámci minimálních technických parametrů přístroje část 7 - Ambuvaky požadoval jako jeden z požadavků oba požadované typy ambuvaků (147201vak resuscitační dětský 1l i 147230 vak resuscitační s rezervoárem) „provedení dvojitého pláště zaručující tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta“. Z nabídky a také oficiálního katalogu vyplývá, že nabízené přístroje nedisponují tímto požadavkem zadavatele. Proto byl dodavatel DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. zadavatelem (prostřednictvím komise) vyzván k objasnění nabídky. K žádosti dodavatel DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. doručil elektronickou poštou pouze vyjádření, ve kterém uvádí, že dotazované resuscitační vaky dodavatele Dahlhausen nemají dvojitý plášť. Dále uvádí, že tlaková limitace pro bezpečnost pacienta (pokud je myšlen tlakový limit pro resuscitaci vakem) je zajištěna přetlakovým ventilem na konektoru k připojení masky. Ke svému objasnění nepřikládá požadovanou technickou dokumentaci, ze které splnění požadovaných parametrů vyplývá. Komise posoudila doručené objasnění a shodla se na tom, že v doručeném objasnění nabídky se potvrzuje, že nabízené ambuvaky neplní požadovanou technickou specifikaci, když nesplňují požadovaný parametr „provedení dvojitého pláště zaručující tlakovou limitaci pro bezpečnost pacienta“. Z výše uvedených důvodů zadavatel rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA V ČÁSTI 7 TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Nabídka č. 8
Obchodní firma: POLYMED medical CZ, a.s.
Sídlo: Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
IČO: 27529053

Údaje z nabídky vítězného dodavatele, které byly předmětem hodnocení této části veřejné zakázky:

Celková nabídková cena bez DPH činí 80 508,00 Kč

Nabídka byla po vyloučení dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. nabídkou, která se umístila jako druhá v pořadí nabídek, splnila zadávací podmínky a jejíž nabídková cena je pro zadavatele odpovídající rozsahu a charakteru předmětu veřejné zakázky.

8. OZNAČENÍ PODODAVATELŮ DODAVATELE

Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel nedisponuje systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

10. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

11. ODŮVODNĚNÍ, PROČ BYLA ZADÁVANÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 ZZVZ, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje a zařízení. Veřejná zakázka proto byla zadavatelem rozdělena na 8 částí. Části veřejné zakázky tvoří:

Část VZ	NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1	Enterální pumpy
2	Infuzní technika
3	TCI - TIVA dávkovač injekční
4	Odsávací technika
5	Zvlhčovač kyslíku
6	Nebulizátor s ohřevem vč. průtokoměru
7	Ambuvaky
8	Laryngoskopy

Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva se týká části 7 veřejné zakázky - Ambuvaky.

12. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

13. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky pro tuto část veřejné zakázky z důvodu nejnižší nabídkové ceny vybraného dodavatele. Nabídková cena byla zadavatelem stanovena jako jediné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky.

V Brně, dne 13. 2. 2018

Pavel Mitáš
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností