



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Stoly operační
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-006169
ev. č. VZ u zadavatele:	01/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 21.3.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Nastavitelná výška stolu v rozsahu min. 620-1150mm (operační deska bez polsterů) Dotaz: Připustí zadavatel nabídnutí operačního stolu renomovaného výrobce s nastavitelnou výškou stolu 600 – 1100 mm?
Znění odpovědi:
Zadavatel bude akceptovat nabídku operačního stolu s nastavitelnou výškou stolu 600–1100 mm. <i>V té souvislosti zadavatel upravuje požadavek č. 16, uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky (dále jen „příloha č. 2 ZD“), a to tak, že původní uvedenou hodnotu 1150 mm mění na 1100mm.</i> <i>To znamená, že nové znění celého požadavku č. 16 zní:</i> „nastavitelná výška stolu v rozsahu min. 620 – 1100mm (operační deska bez polsterů)“.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
RTG transparentní stolek pro operaci horní končetiny (rozměry min. 380x840mm) Dotaz: Připustí zadavatel nabídnutí RTG transparentního stolku pro operaci horní končetiny o rozměrech 380 – 760 mm?
Znění odpovědi:
Zadavatel nepřipouští nabídku RTG transparentního stolku pro operaci horní končetiny o rozměrech 380 – 760mm. Zadavatel i nadále trvá na požadovaných rozměrech min. 380 – 840mm. Splnění daného požadavku v celém rozsahu je pro plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné, a to z důvodu, že na pracovištích zadavatele jsou prováděny sofistikované a specializované výkony horní končetiny, které nejsou na standardních pracovištích obvykle prováděny.



Zadavatel v dané věci sděluje, že v současné době je mu známo více výrobců, kteří mají ve svém portfoliu zboží splňující daný technický požadavek.

Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Gelové podložky pod HK (š,v,d) min. 180x30x460 mm

Dotaz: Připustí zadavatel nabídnutí gelových podložek pod HK o rozměrech (š,v,d) 125x38x600 mm?

Znění odpovědi:

Zadavatel nepřipouští nabídku gelové podložky pod HK o rozměrech (š,v,d) 125x38x600 mm a nadále trvá na minimálních rozměrech stanovených u daného požadavku.

Zadavatel v této věci sděluje, že se jedná o požadavek, který může splnit na trhu běžně dostupné zboží od více výrobců.

Dotaz č. 4

Znění dotazu:

Gelové podložky pod holeně (š,v,d) min. 180x40x520 mm

Dotaz: Připustí zadavatel nabídnutí gelových podložek pod holeně o rozměrech (š,v,d) 125x38x600 mm?

Znění odpovědi:

Zadavatel nepřipouští nabídku gelové podložky pod holeně (š,v,d) min. 125x38x600 mm a nadále trvá na minimálních rozměrech stanovených u daného požadavku.

Zadavatel v této věci sděluje, že se jedná o požadavek, který může splnit na trhu běžně dostupné zboží od více výrobců.

Rozhodnutí zadavatele

Na základě shora uvedených skutečností, zadavatel **rozhodl o úpravě zadávacích podmínek, definovaných výše.**

Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to do 7.5.2018 do 13:30 hodin.** Otevírání obálek se uskuteční v pondělí dne 7.5.2018 ve 13:45 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 26.2.2018 pod ev. č. F2018-006169. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 26.3.2018.



Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!!** se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 26.3.2018

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka