



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, pro část 5 a oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 5 a doplnění parametrů

„Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče“- část 5

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče – část 5
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/9/2018/IROP2/VZ3
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	F2018-015408

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 18. 5. 2018 v 09:11:30 hodin
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – část 5. Zpráva byla doručena prostřednictvím E-ZAK.

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 5 „YAG laser pro endo-urologické výkony“ požaduje u položky „Flexibilní video-
ureterorenoskop s čipem v distálním konci endoskopu“ funkci úzkopásmového zobrazení. Nabízíme
dvoukanálový ureterorenoskop výrobce Richard Wolf, který touto funkcí nedisponuje. Bude
Zadavatel akceptovat nabídku dvoukanálového ureterorenoskopu bez funkce úzkopásmového
zobrazení, který splňuje ostatní parametry, které Zadavatel požaduje?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 5 „Polypektomická jednotka pro endoskopie“ požaduje ovládání pomocí
dotykového displeje. Nabízíme jednotku, kterou lze ovládat pomocí tlačítek. Tento způsob ovládání
splňuje medicínský účel požadovaný Zadavatelem a má větší životnost. Bude Zadavatel akceptovat
ovládání jednotky pomocí tlačítek?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části 5 „Polypektomická jednotka pro endoskopie“ požaduje menu lokalizované do
českého jazyka. Nabízíme jednotku, která obsahuje standardizované názvy jednotlivých módů a
neobsahuje tedy prakticky žádné pojmy, které by bylo možné nebo smysluplné lokalizovat. Dle
návodu výrobce je jednotka v anglickém jazyce. Bude Zadavatel akceptovat nabídku jednotky v
anglickém jazyce, která obsahuje standardizované názvy jednotlivých módů?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na původním požadavku - integrované funkce úzkopásmového zobrazení.



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Zadavatel bude akceptovat dodání jednotky s barevným displejem s ovládáním pomocí tlačítek.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na původním požadavku - menu lokalizováno do českého jazyka.

Zadavatel rovněž upravuje parametry v části 5 u položky:

Flexibilní video-ureterorenoskop s čipem v distálním konci endoskopu

Endoskop musí být plně kompatibilní se stávajícím video-systémem používaným na endo-urologickém sále (ViseraPro včetně funkčnosti s monitorem OEV-191H). V opačném případě Zadavatel připouští, aby Dodavatel, v rámci jím poskytnutého plnění, dodal navíc procesor (kamerovou jednotku), která jím nabízený typ video-endoskopu podporuje.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

Zadavatel rovněž oznamuje, že **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou podávat nabídky **pro část 5 veřejné zakázky do 28. 6. 2018 do 13:30 hodin**.

V Havlíčkově Brodě dne 23. 5. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	příspěvková organizace
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace