

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Vrtačka a oscilační pila“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 23. 5. 2018 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz

Zadavatel uvádí v ZD v bodě 3 Technické podmínky, ve výčtu parametrů v požadované minimální specifikaci přístroje mimo jiné požadavek na napětí baterií větší než 20 V.

Dotaz zní:

Účastník může nabídnout baterie s napětím 14,8 V. Bude zadavatel na základě uvedeného akceptovat nabídku přístroje splňujícího všechny požadované parametry s baterií 14,8 V, při zachování požadovaného medicínského účelu?

Odpověď 1:

Ano, pokud oscilační pila i vrtačka budou s baterií o nižším napětí plnit všechny požadované parametry, tak to lze akceptovat jako variantní technické řešení.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 24. 5. 2018