



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ČÁST 1 - Matrace antidekubitní aktivní

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Zdravotnické technologie a vybavení pro
návaznou péči - část 5 |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-006862 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PREAMBULE

Tato veřejná zakázka s názvem „Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 5“ byla zadavatelem rozdělena ve smyslu §35 ZZVZ na 8 dílčích částí. Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně.

Tato písemná zpráva je pro část 1 veřejné zakázky - Matrace antidekubitní aktivní.

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

4. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Celková cena veřejné zakázky na tuto část veřejné zakázky, část 1 - Matrace antidekubitní aktivní, nebyla určena, jelikož byla zakázka zrušena.

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 1

Zadávacího řízení se zúčastnili níže identifikovaní účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 2
Obchodní firma: **PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis**
Sídlo: ul. Nová 177, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 42866103

Nabídka č. 4
Obchodní firma: **HOSPIMED, spol. s r.o.**
Sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 00676853

Nabídka č. 8
Obchodní firma: **POLYMED medical CZ, a.s.**
Sídlo: Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
IČO: 27529053

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 1 S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NA ČÁST 1, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Tato část veřejné zakázky byla zrušena, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele.

8. OZNAČENÍ PODODAVATELŮ DODAVATELE

Tato část veřejné zakázky byla zrušena.

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel nedisponuje systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

10. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

11. ODŮVODNĚNÍ, PROČ NEBYLA ZADÁVANÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 ZZVZ, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybrané přístroje a zařízení. Veřejná zakázka proto byla zadavatelem rozdělena na 8 částí. Části veřejné zakázky tvoří:

Část VZ	NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1	Matrace antidekubitní aktivní
2	Ohřev pacienta - řídicí jednotka + vyhřívaná přikrývka
3	EKG přístroj
4	Přístroj pro lokalizaci podkožních cév
5	Přístroje pro fyzioterapii
6	Tonometr bezrtuťový + fonendoskop
7	Analyzátor (ABR, minerály)
8	Koagulometr

Protože zadávací řízení každé jednotlivé části probíhá jinou dobu, zadavatel vyhotovuje a uveřejňuje Písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 ZZVZ pro každou část této veřejné zakázky samostatně. Tato písemná zpráva se týká části 1 veřejné zakázky - Matrace antidekubitní aktivní.

12. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

13. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

V rámci zadávacího řízení zadavatel poskytoval vysvětlení zadávací dokumentace kdy mimo jiné, ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zodpověděl následující dotaz:

DOTAZ 4

Rád bych vznesl dotaz k zadávací dokumentaci výše zmíněné veřejné zakázky, k části 1 (Matrace antidekubitní aktivní). Bude zadavatel pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje akceptovat toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu? Např. u minimální nosnosti?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel nebude akceptovat toleranční pole +/- 10%, pouze u údajů označené jako cca lze akceptovat odlišné hodnoty za předpokladu, že předmět plnění plní svůj medicínský účel. Zadavatel ale upravuje nosnosti antidekubitních matrací tak, aby odpovídaly běžnému standardu a to na nosnost minimálně 180 kg.

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel zmírnil požadavek na nosnost antidekubitních matrací z původních 200 kg/210 kg (uvedených v technické specifikaci, uveřejněné v rámci zadávacích podmínek) na 180 kg.

Následně pak ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 zadavatel zodpověděl tento dotaz:

DOTAZ 3

Zadavatel ve Svazku 1 Příloha č. 1 – Minimální technické parametry – část 1, položka 407106 – matrace antidekubitní aktivní (pro II. stupeň) uvádí požadavek: nastavení tlaku v komorách (celách) dle hmotnosti pacienta a u položky 407108 – matrace antidekubitní aktivní (pro IV. Stupeň), uvádí požadavek - nastavení tlaku v (celách dle hmotnosti pacienta). Rozumíme tomu správně, že u položky 407106 – matrace antidekubitní aktivní (pro III. stupeň) zadavatel požaduje matrace s ručním přepínáním tlaku v celách v několika úrovních, tj. obsluha manuálně zvolí úroveň odpovídající hmotnosti pacienta, a u položky 407108 – matrace antidekubitní aktivní (pro IV. stupeň) požaduje matraci s inteligentním systémem, který vyhodnotí hmotnost pacienta a automaticky nastaví odpovídající tlak v celách?

ODPOVĚĎ 3

Ano, zadavatel v případě položky č. 407106 matrace antidekubitní aktivní (pro III. stupeň) vyžaduje funkci nastavení hmotnosti pacienta v několika úrovních, zatímco v případě položky 407108 matrace antidekubitní aktivní (pro IV. stupeň) vyžaduje funkci, kdy systém sám stanoví hmotnost pacienta a nastaví tlak v celách dle této hodnoty. Zadavatel provedl upřesnění uvedeného parametru v technické specifikaci.

K tomu podal zadavatel informaci č. 1, v níž mimo jiné sděluje, že poskytuje samostatnou přílohou technickou specifikaci pro část 1 veřejné zakázky, která je doplněná v souladu s výše uvedenými odpověďmi, kterou se ruší původní technická specifikace a nově uveřejněná se stává součástí zadávací dokumentace.

V rámci přílohy č. 1 – Minimální technické parametry – část a 1 – revize 16. 3. 2018 pak ale zadavatel znovu uvedl požadavek na nosnost antidekubitních matrací pro III. stupeň 200 kg a pro IV. stupeň 210 kg.

Zadavatel má za to, že uvedená skutečnost mohla ovlivnit okruh případných dodavatelů a mohla mít tedy vliv na výběr dodavatele.

Je svého názoru nemá zadavatel jinou možnost, než v souladu s ustanovením § 127 odstavec 2 písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tuto část zadávacího řízení zrušit, protože pokračování v zadávacím řízení by mohlo mít vliv na poskytnutí finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace. V případě korekce zadavatel sám nedisponuje finančními prostředky k úhradě kupní ceny.

V Brně, dne 22. 5. 2018

Pavel Mitáš
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností