

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: Lůžka pro paliativní péči
Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Evidenční číslo zakázky: ZMR-2018-3

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v příloze technická specifikace je uvedeno:

„Průběžné dřevěné postranice po celé délce ložné plochy“ *a zároveň* „Možnost prodloužení lůžka minimálně **o 15 cm**“

V námi nabízeném technickém řešení jsou dřevěné průběžné postranice upevněny mezi čely lůžka a tím pádem není možno jeho integrované prodloužení.

Dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat lůžko bez prodloužení ložné plochy?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku lůžka, které nebude disponovat možností prodloužení ložné plochy. Tímto zadavatel mění požadavek technické specifikace dodávky „ **Možnost prodloužení lůžka minimálně o 15 cm**“ z nepodkročitelného na podkročitelný (tzn., že při jeho nesplnění nebude nabídka účastníka vyloučena z hodnocení).

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci v příloze technická specifikace není uvedeno:

„Záložní baterie pro možnost polohování lůžka i mimo dosah el. sítě“.

Dotaz zní:

Bude zadavatel záložní baterii požadovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládá, že lůžka, která jsou předmětem této veřejné zakázky, budou převážně umístěna na pokojích s možností zapojení do el. sítě. Polohování lůžka při přesunu na jiné místo nebude využíváno. Z těchto důvodů zadavatel záložní baterii pro lůžko **nepožaduje**.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek neprodlužuje.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace