



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k částem zakázky:

1. Endoskopický a ultrazvukový systém a 3. Endoskopy

Název zakázky:

ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - ENDOSKOPIE

Zakázka je zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení - otevřené řízení dle § 56 Zákona

Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona

Druh zakázky - na dodávky dle § 14, odst. 1 Zákona

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-016287

Evidenční číslo zadavatele: O-2018-3



Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto na žádost odpovídá a toto vysvětlení také uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Znění bodu žádosti č. 1:

Vážený pane / paní,

naše společnost, obdržela zadávací dokumentaci pro nadlimitní zakázku zadávanou dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem veřejné zakázky: „Zvýšení kvality návazné péče - Endoskopie.“ Jako dodavatel bychom rádi využili možnosti poskytnutí dodatečných informací dle odstavce 1/1.3, zadávací dokumentace.

Naše dotazy se týkají částí:

část 1 - : Endoskopický a ultrazvukový systém

str.6 - Videoendoskopy 3 ks –součást videosystému pro 3D vizualizaci

a) Videoendoskop

kde

zadavatel uvádí požadavek v p.č.10: pozorovací vzdálenost od distálního konce (v normálním módu)
min. 3 mm

Dotaz č.1: uchazeč může nabídnout zadavateli nejmodernější technické řešení videočipu endoskopu se systémem tzv. Dual Focusu pro změnu zaostřovací vzdálenosti, jak je zadavatelem preferováno. Tento typ videogastroskopu má funkci Dual Focus s volitelnou zaostřovací vzdáleností 2-6 mm a 5-100 mm. Kde minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce je 4 mm v normálním módu a 2 mm od distálního konce v přiblíženém. Bude zadavatel akceptovat při splnění všech ostatních požadovaných parametrů videoendoskop s těmito hodnotami minimální pozorovací vzdálenosti, který zcela splní požadovaný medicínský účel?

Vysvětlení zadavatele k bodu 1 žádosti:

Dle zadavatele Váš popis není v rozporu se zadávací dokumentací.



Znění bodu žádosti č. 2:

část 3 - : Endoskopy

str.1 – Videogastroskop tenký, transnasální – 1ks

kde

zadavatel uvádí požadavek v p.č.4: barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

Dotaz č.2: požadovaný přístroj je vzhledem k svému určení a ostatním uvedeným parametrům, přístrojem speciálním pro provádění specifických endoskopických výkonů, v tomto případě transnasální videogastroskopii kdy je přístroj zaváděn nosem. Tento velmi tenký videogastroskop vzhledem k svému rozměru distálního konce neumožňuje použití standardní velikosti CCD nebo CMOS čipu s HDTV rozlišením obrazu. Jako přední výrobce a dodavatel endoskopické techniky se domníváme, že v současnosti žádný z výrobců nenabízí požadovaný transnasální videogastroskop s HDTV čipem spolu s kombinací dalších požadovaných technických parametrů. Bude zadavatel akceptovat při splnění všech ostatních požadovaných parametrů transnasální tenký videogastroskop se standardním rozlišením čipu odpovídajícím SDTV a následným převzorkováním obrazu procesorem, kdy se výsledný obraz blíží kvalitě HD? Námi nabízený přístroj samozřejmě zcela splní požadovaný medicínský účel.

str.2– Videogastroskop operační – 1 ks – p.č.2

kde

zadavatel uvádí požadavek v p.č.2: barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

Dotaz č.3: požadovaný přístroj je vzhledem k svému určení a ostatním uvedeným parametrům, přístrojem speciálním pro provádění specifických endoskopických výkonů, v tomto případě operačním zákrokům v horní části GIT. Tento videogastroskop vzhledem k svému rozměru pracovního kanálu 6mm, slouží pro stavění krvácení, odsávání apod. Tento videoendoskop používá standardní velikosti CCD nebo CMOS čipu. Jako přední výrobce a dodavatel endoskopické techniky se domníváme, že v současnosti žádný z výrobců nenabízí požadovaný operační videogastroskop s HDTV čipem spolu s požadovaným pracovním kanálem 6,0 mm. Bude zadavatel akceptovat při splnění všech ostatních požadovaných parametrů operační videogastroskop se standardním rozlišením čipu odpovídajícím SDTV a následným převzorkováním obrazu procesorem, kdy se výsledný obraz blíží kvalitě HD? Námi nabízený přístroj samozřejmě zcela splní požadovaný medicínský účel.

str.5 – Balonkový enteroskop – 1ks – p.č.5

kde

zadavatel uvádí požadavek v p.č.5: barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i.

Dotaz č.4: požadovaný přístroj je vzhledem k svému určení a ostatním uvedeným parametrům, přístrojem speciálním pro provádění specifických endoskopických výkonů, v tomto případě vyšetření tenkého střeva. Tento videoenteroskop vzhledem k svému určení používá standardní velikosti CCD nebo CMOS čipu. Jako přední výrobce a dodavatel endoskopické techniky se domníváme, že v současnosti žádný z výrobců nenabízí požadovaný operační videogastroskop s HDTV čipem spolu s kombinací dalších požadovaných parametrů. Bude zadavatel akceptovat při splnění všech ostatních požadovaných parametrů videoenteroskop se standardním rozlišením čipu odpovídajícím SDTV a následným převzorkováním obrazu procesorem, kdy se výsledný obraz blíží kvalitě HD? Námi nabízený přístroj samozřejmě zcela splní požadovaný medicínský účel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Vysvětlení zadavatele k bodu 2 žádosti:

Zadavatel směřoval k tomu, aby mu byly nabídnuty moderní přístroje s vysokým, tedy HD rozlišením. To samozřejmě neznamená, že musí jít vždy o rozlišení 1920x1080/50i, neboť by se pak dostal do situace, kdy nemůže být podána žádná nabídka. Obecně tedy akceptuje všechna rozlišení, která splňují uvedený, tedy HD standard. Zadavatel použil parametr jako popis HD standardu obecně. Předpokládá ale, že dodavatel nabídne přístroje s nejvyšším rozlišením, které v rámci uvedeného HD standardu nabízí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.