

AMPACO ČR s.r.o.
Lidická 766/1, 150 00 Praha 5

Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava
k rukám pana Martina Musila

V Praze dne 15. června 2018

Věc: Doplnující dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka knižního skeneru“

Dne 24.5.2018 učinil Zadavatel Kraj Vysočina(dále jen „Zadavatel“) výzvu k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (systémové číslo P18V00000582) na dodání knižního skeneru pro pracoviště krajské digitalizační jednotky. Společnost AMPACO ČR s.r.o. si tímto dovoluje vznést k zadávacím podmínkám na shora specifikovanou veřejnou zakázku následující doplňující dotazy týkající se Přílohy č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění:

Dotaz č. 1:

Požadavek: „*Plocha skenování – formát A1*“

Chápeme správně, že minimální požadovaný formát viditelné oblasti skeneru je přesně velikost ISO A1 (594 × 841 mm)?

Obvykle je formát aktivní oblasti skenovacího pole větší, než rozměr definovaný ISO z důvodu dostatečné rezervy. Pro vyloučení pochybností prosíme o upřesnění minimální požadované plochy v milimetrech.

Dotaz č. 2:

Požadavek: „*Kalibrace barev*“

Je kalibrací barev myšlena plná uživatelská kontrola nad správou ICC profilů skeneru, včetně možnosti importu vlastních barevných schémat?

Dotaz č. 3:

Požadavek: „*Skenovací soustava bude osazena plošnými 2D snímači, které zaznamenají obrazové pole v plném požadovaném rozlišení při nasnímání plochy během jedné expozice do 5 sekund při rozlišení 600DPI*“

Umožňuje Zadavatel jiné technické řešení snímání při zachování minimálně stejné věrnosti výstupu? V ploše A1 při nativním rozlišení 600dpi je běžně používaným standardem snímání plochy tri-linenárním CCD, nebo CMOS snímačem. Taková zařízení dosahují knihovnických a muzejních standardů i pro bezpečnostní digitalizaci METAMORFOZE a FADGI. Omezením na jiný typ akvizice by byla vyloučena zařízení, která jsou akceptována pro digitalizaci knižního fondu.

Dotaz č. 4:

Požadavek: *„Bez nutnosti výjezdu předlohy/skla mimo skenovací plochu při otáčení stran knižní předlohy nebo při výměně volných archů“*

Prosíme o bližší vysvětlení tohoto požadavku.

Dotaz č. 5:

Požadavek: *„Automatický pohyb přítlačného skla nebo jiný způsob fixování a vyrovnaní předlohy“*

Zadavatel v obecných požadavcích na předmět plnění zmiňuje i materiál "stavu špatném (materiál poškozený nebo citlivý na manipulaci)". Jaké bezpečnostní prvky musí splňovat knižní kolébka, nebo přítlačné sklo pro dostatečnou ochranu křehkého materiálu?

Dotaz č. 6:

Požadavek: *„Automatický osvit“*

Prosíme o bližší specifikaci termínu "automatický osvit"

Dotaz č. 7:

Požadavek: *„Obslužný SW umožňuje ovládání scanneru přes rozhraní TWAIN popř. LAN, plná podpora dodávaného velkoplošného skeneru“*

Umožňuje Zadavatel řešení jiným připojením, například proprietárním rozhraním?

V případě dodávky skeneru včetně pracovní stanice je popis rozhraní irelevantní. Vyloučeny jsou pak z nabídek ta zařízení, která pro maximální efektivitu a rychlost komunikace mezi pracovní stanicí a skenovací jednotkou používají jiná, nebo proprietární rozhraní.

Dotaz č. 8:

Požadavek: *„Obslužný SW umožňuje nastavení parametrů skenování podle předlohy (text-foto-kresba, tmavší/světlejší papír, kontrastní/šedý text atd.)“*

Umožňuje Zadavatel řešení za pomoci vytváření komplexních uživatelských presetů a jejich následné vyvolání při požadovaném způsobu zpracování digitalizátu?

Definice nastavení skeneru jednoduchými presety "(text-foto-kresba, tmavší/světlejší papír, kontrastní/šedý text atd.)" neodpovídá praxi při digitalizaci knižního fondu profesionálními knižními skenery. V obecných požadavcích navíc Zadavatel definuje "Účelem skeneru je vysoká produktivita

skenování s postprocessingem nezávislým na skeneru (korekce obrazu během skenování nejsou vyžadovány - prodlužují cyklus zpracování obrazu)". Tento požadavek se nám zdá být v rozporu s požadavkem na jednoduché ovlivnění nastavení parametrů skenování.


Děkujeme za spolupráci

AMPACO ČR s.r.o.

Lidická 766/1, 150 00 Praha 5

IČO: 25153820

DIČ: CZ25153820



.....
Vít Václavík
jednatel
AMPACO ČR s.r.o.