



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dotčená část zakázky: 1. Endoskopický a ultrazvukový systém

Název zakázky:

ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - ENDOSKOPIE

Zakázka je zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení - otevřené řízení dle § 56 Zákona

Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona

Druh zakázky - na dodávky dle § 14, odst. 1 Zákona

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-016287

Evidenční číslo zadavatele: O-2018-3



Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto na žádost odpovídá a toto vysvětlení také uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Znění žádosti:

Vážený pane / paní,

naše společnost, obdržela zadávací dokumentaci pro nadlimitní zakázku zadávanou dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem veřejné zakázky: „Zvýšení kvality návazné péče - Endoskopie.“ Jako dodavatel bychom rádi využili možnosti poskytnutí dodatečných informací dle odstavce 1/1.3, zadávací dokumentace.

Naše dotazy se týkají vysvětlení zadávací dokumentace č.2, dotčené části zakázky:

část 1 - : Endoskopický a ultrazvukový systém

kde ke znění bodu žádosti č. 3

zadavatel poskytl toto vysvětlení:

Zadavatel pořízovaným videosystémem hodlá nahradit starší video sestavu na endoskopickém pracovišti, kde se provádí vyšetření horní a dolní části GIT. Zadavatel tedy trvá na dodání a splnění požadované kompatibility videoendoskopické části, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Připouští ale dodání navíc samostatného videoprocessoru s kompatibilním monitorem, gastroskopem a ultrazvukovým gastroskopem tak, aby byla vytvořena samostatná jednotka pro endo-sonografickou gastrokopii.

Dotazy: máme za to, že formulace odpovědi nedefinuje jednoznačně variantní splnění požadované kompatibility.

1. Očekává zadavatel jako možnost splnění požadované kompatibility dodávku samostatného videoprocessoru s kompatibilním monitorem a gastroskopem, zdarma?, navíc mimo již poptávané zboží? Tzn. dva videosystémy, jeden jako předmět VZ a druhý pro splnění kompatibility?
2. Očekává zadavatel v rámci dodávky tohoto samostatného videoprocessoru, monitoru a videogastroskopu, dodávku kompletní videosestavy, včetně zdroje studeného světla, endoskopického vozíku, případně periférií jako je odsávací pumpa, oplachová pumpa atd.?
3. Očekává zadavatel v rámci tohoto variantního plnění kompatibility (videosestava s videogastroskopem) stejnou technickou a technologickou úroveň jako je u odpovídajících položek této VZ, tzn. stejný typ videoprocessoru, zdroje světla, monitoru, případně periférií se stejnými technickými parametry?
4. Může zadavatel blíže specifikovat technologickou úroveň a technické parametry požadovaného gastroskopu? Má se jednat o přístroj diagnostický nebo terapeutický? Má mít zobrazovací čip s rozlišením HDTV? Jakou šíří pracovního kanálu, šíří zaváděcího tubusu, ohyby zadavatel požaduje?



Vysvětlení zadavatele k žádosti:

Zadavatel měl za to, že požadavky v zadávací dokumentaci včetně odpovědi na dotazy dodavatelů (vysvětlení nabídky) jsou zřejmé. Ve snaze předejít dalším dotazům k této části zakázky, uvádí níže souhrnné vysvětlení dotazované části zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“).

- a) Zadavatel požaduje kompletní endoskopickou věž, včetně veškerého příslušenství, tak jak tazatel uvádí v dotazu č. 2, plně kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele. Tento požadavek řádně zdůvodnil již při schvalování ZD provozními požadavky a snahou maximálně využít vynaložené investice, včetně těch, které jsou poptávány v jiných částech této zakázky. Jde tedy o požadavek nepodkročitelný. Zadavatel předpokládá, že tato sestava doplněna o ultrazvukový endoskop a kompatibilní ultrazvukový přístroj, může být (bude) nabídnuta jako řešení části 1., tedy endoskopický a ultrazvukový systém (dále také jen „EUS“).
- b) Zadavatel nicméně ke splnění dodávky EUS připouští také řešení, kdy netrvá na plné kompatibilitě v této části dodávky, aby nezužoval počet možných účastníků. Jakým způsobem uchazeči možnost využijí, je plně na jejich úvaze a možnostech. Zadavatel je nechce nijak omezovat. Může jít jak dodávku kompletní další věže, vč. ultrazvukového endoskopu a ultrazvukového přístroje, či jen nezbytných modulů navíc k původní věži splňující kompatibilitu dle bodu a) tak, aby vznikl plně funkční systém EUS, za trvajících podmínky původní kompatibility částí mimo EUS.

Nicméně při postupu podle bodu b) obdrží zadavatel systém, jehož periferie (endoskopy) nebudou kompatibilní s ostatním vybavením zadavatele. Proto a jen v tomto případě, požaduje další endoskop, který umožní, aby v případě nálezu na při EUS vyšetření, mohla být ošetřena léze za využití jen jedné z dodaných technologií, tedy jen provedením výměny endoskopu. Je to plně odůvodněno bezpečností a komfortem pacienta, personálu, provozními důvody. Požaduje tedy minimálně další jeden endoskop, kompatibilní s druhou dodanou technologií, který splňuje podmínky i pro provádění rozsáhlých operačních endoskopických zákroků. Tedy videogastroskop operační, který svými parametry a typem odpovídá požadavkům na přístroj v části 3, položce 2. veřejné zakázky. Zadavatel obecně trvá na tom, aby dodaná technologie měla minimálně shodnou technickou úroveň, jako všechny součásti, u nichž je požadována kompatibilita.

V odpovědi na dotazy tazatele tedy zadavatel odkazuje na jednotlivé části výše uvedeného souhrnného textu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.