



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Pracoviště magnetické rezonance

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Zadavatel:</i>                                     | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |
| <i>sídlo zadavatele:</i>                              | Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod               |
| <i>zastoupený:</i>                                    | Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA                    |
| <i>IČO:</i>                                           | 00179540                                         |
| <i>název VZ:</i>                                      | Pracoviště magnetické rezonance                  |
| <i>druh zadávacího řízení:</i>                        | nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení       |
| <i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>                        | VZ/13/2018/IROP1/VZ7                             |
| <i>ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek</i> | Z2018-022613                                     |

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 27. 7. 2018 v 07:56 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

### **Dotaz č. 1.:**

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 – tech. specifikace v části 10 – Pracovní portálový systém požaduje dodání softwarových nástrojů pro zpracování a vyhodnocení MR vyšetření, ale neuvádí pro kolik současných uživatelů. Počet současných uživatelů pro požadovaný software nám připadá jako zásadní a rádi bychom si tento požadavek ujasnili, tak aby splňoval očekávání konečných uživatelů MR softwaru.

### **Dotaz:**

Kolik současných uživatelů pro požadovaný software je zadavatelem požadováno?

### **Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1**

Daná funkcionality je v dnešní době považována za standardní součást dodávaného řešení. Zadavatel požaduje minimálně 10 současně pracujících uživatelů softwarových nástrojů pro zpracování a vyhodnocení MR vyšetření. S výjimkou softwarových nástrojů viz body 9.8, 9.11, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.12 z přílohy č. 1 technická specifikace předmětu plnění, u kterých zadavatel požaduje minimálně 3 současně pracující uživatele.

### **Dotaz č. 2.:**

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 – tech. specifikace v části 10 – Pracovní portálový systém požaduje dodání softwarových nástrojů pro zpracování a vyhodnocení MR vyšetření, ale neuvádí pro kolik uživatelů požaduje vzdálený přístup pro práci s požadovaným softwarem. Práce s portálovým systémem vzdáleně např. z domova nebo z jiného pracoviště pomocí zabezpečeného přístupu VPN se v dnešní době jeví jako standardní. Proto považujeme vyjasnění požadovaného počtu vzdálených přístupů za zásadní. Z tohoto důvodu bychom si rádi tento požadavek ujasnili, tak aby splňoval očekávání konečných uživatelů MR softwaru portálového systému.

### **Dotaz:**

Pro kolik uživatelů požaduje zadavatel vzdálený přístup přes VPN pro práci s požadovaným softwarem portálového systému?

### **Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2**

Daná funkcionality je v dnešní době považována za standardní součást dodávaného řešení. Zadavatel požaduje minimálně pro 3 uživatele vzdálený přístup pro práci s požadovaným



NEMOCNICE  
HAVLÍČKŮV  
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,  
e-mail: [monika.chladova@onhb.cz](mailto:monika.chladova@onhb.cz), web: [www.onhb.cz](http://www.onhb.cz)

softwarem portálového systému.

S ohledem na povahu shora uvedených doplnění zadávací dokumentace a s ohledem na zbývajících  
délku lhůty pro podání nabídky, zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje.

#### **Uveřejnění vysvětlení:**

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla  
uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu  
zadavatele:

[https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_194.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html)

V Havlíčkově Brodě dne 30. 7. 2018

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 3 | Nemocnice Havlíčkův Brod      |
|   | <i>příspěvková organizace</i> |
| 3 | Husova 2624                   |
|   | 580 22 Havlíčkův Brod         |

Mgr. David Rezničenko, MHA  
ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod,  
příspěvková organizace

*U. Z.* Dr. Lada Nováková, PhD.