



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

– Pracoviště magnetické rezonance

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Pracoviště magnetické rezonance
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/13/2018/IROP1/VZ7
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	Z2018-022613

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 2. 8. 2018 v 13:22 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Vážení obchodní partneři,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Pracoviště magnetické rezonance.**“

Zadavatel v zadávací dokumentaci požadavcích dané přílohou č. 1. kde byl požadavek u portálového řešení na prohlížení a zpracování obrazů stanoven na 10 současně pracujících klientů a tzv. advance SW aplikace požadoval pro jednoho uživatele, počet nebyl uveden.

- 1) Zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace č.2 upravuje požadavky uvedené v bodech 9.8, 9.11, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.12 na minimálně 3 současně pracujících uživatele. Přitom je zřejmé, že požadavek uvedený v bodě 9.8. a 9.11. na 3 současně pracujících uživatele je dle našeho názoru neproveditelný, protože se nejedná o portál, ale akviziční stanici, kde může být pouze jeden uživatel.

Dotaz č.1

Opravdu požaduje zadavatel požadavek v bodě 9.8 a 9.11 pro 3 uživatele na akviziční stanici?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Pro body 9.8 a 9.11 akceptuje zadavatel 1 uživatele.

- 2) Zadavatel dále mění původní požadavek na počty uživatelů na portálovém systému na minimálně 3 současně pracujících uživatele pro požadavky uvedené v bodech 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.12 . Některé požadované položky jako SW pro vyhodnocení a zpracování traktografických DTI měření 10.4., SW pro spektroskopii 10.6 a SW pro vyhodnocení a zpracování kvantitativního toku 10.7 se týkají vyšetření, která jsou vysoce specializovaná a jsou prováděna zřídka, zvláště nepravděpodobné je vyhodnocování třemi lékaři současně.



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Dotaz č.2

Požaduje zadavatel pro položky v bodě 10.4. (traktografie) 10.6. (spektroskopie) a 10.7. (QF) 3 současně pracující uživatele, nebo vyhoví počet dle původní ZD, tzn. 1 uživatel?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Pro body 10.4, 10.6, 10.7 akceptuje zadavatel 1 současně pracujícího uživatele.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 3. 8. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	<i>příspěvková organizace</i>
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel

Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace