



## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: [alena.sevcikova@nnm.cz](mailto:alena.sevcikova@nnm.cz)

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	RTG technika
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-020129
ev. č. VZ u zadavatele:	04/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 3. 8. 2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Bod 90. Grafická karta – rychlost grafického čipu min. 1000 MHz (tato hodnota u grafických karet používaných s medicínskými diagnostickými monitory se běžně neuvádí – její zjištění a doložitelnost je tedy pro výběrové řízení minimálně velice obtížná) proto navrhuje tento požadavek zcela vyřadit
Znění odpovědi:
<b>Zadavatel na základě dotazu č. 1 upravuje Technickou specifikaci předmětu plnění takto: z nepodkročitelných požadavků na dodávku RTG techniky <u>odstraňuje</u> požadavek č. 90 ve znění: „Grafická karta – rychlost grafického čipu min. 1000MHz.“</b>

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Bod 92. Grafická karta – počet stream procesorů min. 384 – tato hodnota se u grafických karet používaných s medicínskými diagnostickými monitory běžně neuvádí – její zjištění a doložitelnost je tedy pro výběrové řízení minimálně velice obtížná) proto navrhuje tento požadavek zcela vyřadit
Znění odpovědi:
<b>Zadavatel na základě dotazu č. 2 upravuje Technickou specifikaci předmětu plnění takto: z nepodkročitelných požadavků na dodávku RTG techniky <u>odstraňuje</u> požadavek č. 92 ve znění: „Grafická karta – počet stream procesorů min. 384.“</b>





Dotaz č. 3

Znění dotazu:

Bod 94. Grafická karta – podpora min. DirectX 12 a OpenGL 4,4 - tato hodnota se u grafických karet používaných s medicínskými diagnostickými monitory běžně neuvádí – její zjištění a doložitelnost je tedy pro výběrové řízení minimálně velice obtížná) proto navrhuje tento požadavek zcela vyřadit

Znění odpovědi:

**Zadavatel na základě dotazu č. 3 upravuje Technickou specifikaci předmětu plnění takto: z nepodkročitelných požadavků na dodávku RTG techniky odstraňuje požadavek č. 94 ve znění: „Grafická karta – podpora min. DirectX12 a OpenGL 4,4.“**

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávku doplňuje v souladu s ust. § 99 zákona níže uvedený požadavek do zadávací dokumentace.

**Zadavatel informuje, že v souvislosti s výše uvedenými dotazy a úpravami přidává do nepodkročitelných požadavků uvedených v příloze č. 3 Technické specifikace předmětu plnění požadavek č. 90a) ve znění: „Grafická karta – medicínská karta optimalizovaná pro diagnostickou stanici.“**

### Rozhodnutí zadavatele

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi, zadavatel rozhodl o úpravě nepodkročitelných technických požadavků na předmět plnění, a to tak, jak je popsáno výše.

Nové znění přílohy č. 3 ZD je přílohou této zprávy s tím, že všechny úpravy jsou v dokumentu zvýrazněny červeně.

*Poznámka: zadavatel informuje, že pokud obdrží nabídky obsahující původní znění přílohy č. 3 ZD, nebude to důvod k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení, zadavatel bude nabídky vždy posuzovat podle konečného znění technických podmínek.*

**Ostatní ustanovení v celé zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.**

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsanými změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLOŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU JEJÍ PŮVODNÍ DÉLKU, a to do 14.9.2018 do 12:00 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční dne 14.9.2018 ve 12:15 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 ZD.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel v souladu s § 212 odst. 4 zákona oznamuje dodavatelům provedení změny informací v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen „VVZ“) dne 20.6.2018 pod ev. č. F2018-020129. Opravný formulář byl zadavatelem odeslán do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU dne 7.8.2018.




### **Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací**

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)**

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele **za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 7.8.2018

 Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

.....  
JUDr. Věra Palečková  
ředitelka nemocnice

Příloha: Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění (*nové znění ke dni 7.8.2018*)

