



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – Pracoviště magnetické rezonance

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
<i>zastoupený:</i>	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
<i>IČO:</i>	00179540
<i>název VZ:</i>	Pracoviště magnetické rezonance
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	VZ/13/2018/IROP1/VZ7
<i>ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek</i>	Z2018-022613

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 6. 8. 2018 v 12:27 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).
Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Po prostudování zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „**Pracoviště magnetické rezonance**“, zveřejněné pod ev. č.: Z2018-022613, nám vznikly určité nejasnosti. Z tohoto důvodu si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“) k níže uvedeným otázkám:

Zadavatel jak uvádí v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, znovu otevřel veřejnou zakázku na dodávku MR systému 1.5T, kterou v předcházejícím zadávacím řízení zrušil na základě skutečností uvedených v dokumentu „Písemná zpráva zadavatele“.

Domníváme se, že u nově vyhlášené veřejné zakázky, zadavatel upravil specifikaci ve prospěch pouze jednoho z uchazečů, který do nabídky v minulé veřejné zakázce, předložil zavádějící informace o nabízeném systému i přes to, že systémem s 64 RF přijímacími kanály disponuje.

Myslíme si, že aktuálně vypsaná veřejná zakázka poskytuje neopodstatněnou konkurenční výhodu pouze pro jednoho z potencionálních uchazečů, žádáme proto zadavatele o sjednání nápravy a úpravu následujících technických parametrů:

Parametry ZD Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu plnění = minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky včetně níže uvedených komponent.

Dotaz č. 1.:

Předmět dotazu:

Zadavatel v Příloze č. 1 – tech. specifikace příst. komponenty v části 3 – Radiofrekvenční systém bod 3.1 požaduje „Plně digitální RF systém pro zpracování signálů s využitím paralelních technik : Počet kanálů ≥ 48 “.

Tento požadavek nekoresponduje s požadavky zadavatele, které jsou uvedeny ve specifikaci diagnostických cívek. Zadavatel požaduje takové druhy cívek, které nemohou využít pro náběr dat 48 kanálů, tedy požadavek na 48 kanálů je neadekvátní.

Zadavatel v Příloze č. 1 – „tech. specifikace předmětu plnění“ uvádí tyto požadavky na cívky :

6.2 Cívka určená pro diagnostiku hlavy a krku v kraniokaudálním směru 30cm pokrytí počet nezávislých kanálů : Počet nezávislých kanálů ≥ 15

6.3 Cívka určená pro diagnostiku páteře : Počet nezávislých kanálů ≥ 32



6.4 Cívky pro pokrytí celého trupu pro diagnostiku hrudníku, břicha a pánve páteře v kraniokaudálním směru 90cm pokrytí počet nezávislých kanálů : Počet nezávislých kanálů ≥ 60

6.5 Dedikovaná cívka určená pro diagnostiku ramene skořepinová nejméně 8 kanálů: ano/ne

6.6 Dedikovaná cívka určená pro diagnostiku kolene nejméně 15 kanálů (skořepinová) ano/ne

6.7 Dedikovaná cívka určená pro diagnostiku zápěstí nejméně 8 kanálů (skořepinová) : ano/ne

6.8 Cívka určená pro diagnostiku nohy / kotníku nejméně 8 kanálů (skořepinová) : ano/ne

6.9 Dvě cívky flexibilní (různé velikosti) nejméně 4-kanálové nebo obdobné řešení, které je možno využít pro obecnou diagnostiku: ano/ne

Z uvedených požadavků je zcela jasně patrné, že požadavek na RF systém a požadavky na cívky nekorespondují a jedná se o matoucí specifikaci, kdy je možné vykládat požadavky různým způsobem. Zadavatel v technické specifikaci požadavků, nepřesně používá označení požadavku u jednotlivých cívek na nezávislé kanály, ale požadavek jednoznačně směřuje k počtu elementů diagnostických cívek. (Například: pokud je specifikace 6.3 na páteční cívku 32 nezávislých kanálů, takováto konfigurace, nemůže být pro dané požadavky technicky splněna, protože : Délka páteřní cívky je cca. 100 cm pokud má alespoň 32 elementů aplikovaných na této délce, potom pro FOV 45 cm v ose Z bude možné využít maximálně kolem 16 až 20 elementů).

Na trhu jsou v současné době cívky pro diagnostiku páteře s max. počtem elementů kolem 40 na cca. 100 cm délky v ose Z. Tedy v 45 cm Z FOV je možno využít pouze kolem 28 elementů tedy cca. 28 nezávislých kanálů RF přijímacího systému pro akvizici dat.

Obdobně to bude platit pro požadavek 6.4 na cívku pro pokrytí trupu. Zadavatel požaduje 60 nezávislých kanálů pro pokrytí 90 cm. Opět pro FOV 45 cm v ose Z bude platit, že maximální počet připojitelných elementů je cca. 30 a tedy počet potřebných nezávislých RF přijímacího systému pro akvizici dat je cca. 30.

Výše uvedené skutečnosti, jasně ukazují na nejednoznačnost technické specifikace v rámci zadávací dokumentace.

Dotaz:

Může zadavatel odstranit neoprávněnou konkurenční výhodu pouze pro jednoho z potencionálních uchazečů, a to úpravou minimální hodnoty ve specifikaci bodu 3.1, a to na ≥ 32 . Může zadavatel odstranit nejednoznačnost zadání v požadavcích na diagnostické cívky, jako i upravit požadavek ve specifikaci cívek z nezávislých kanálů na samostatné elementy?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na původním zadání, minimálně 48 nezávislých přijímacích kanálů. Zadavatel nastavil minimální technické parametry s ohledem na neustálý technický vývoj v systémech magnetické rezonance a jeho využití po celou dobu životnosti přístroje.

Dotaz č. 2.:

Předmět dotazu:

Zadavatel požaduje v příloze č. 1 – „technická specifikace předmětu plnění“, v bodě : 3.2 Maximálně dosažitelný výkon RF zesilovače : min. 18 kW

Je obecným trendem snižovat zátěž tkání pacienta vyzářenou (a tím i absorbovanou) energií a tím snížit potenciální riziko jejího poškození. Naše společnost má u MR systémů digitální RF vysílače s vysokou přesností a výkonem 16 kW. Takový výkon a použité digitální technologie dosahují vynikající zobrazovací schopnosti a diagnostický rozsah. Naše řešení v plném rozsahu splňuje zadavatelem stanovené diagnostické požadavky a klinické nároky pracoviště.



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Dotaz:

Může zadavatel upravit tento požadavek a upravit hodnotu tohoto parametru na 16 kW a tím odstranit diskriminační charakter tohoto parametru?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na původním zadání, maximálně dosažitelný výkon RF zesilovače : min. 18 kW.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 9. 8. 2018

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

