



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče, **HOLTEROVSKÉ SYSTÉMY**

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka přístrojového vybavení pro rehabilitaci a ostatní obory návazné péče, HOLTEROVSKÉ SYSTÉMY
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/14/2018/IROP2
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	F2018-025989

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 13. 8. 2018 v 8:41 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).
Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže.

Dotaz č. 1.:

Požadavek č.1:

ukládání záznamu do vnitřní paměti patientské jednotky (žádná vyměnitelná paměťová media média CF/SD ...)

Dotaz č.1:

Bude zadavatel akceptovat řešení pomocí vnitřní paměti ve formě SD karty, která se pro přenos dat nevytahuje z přístroje? Stahování dat probíhá pomocí USB kabelu z holteru EKG přímo do PC.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ne, zadavatel trvá na původním požadavku (řešení bez SD a jiných typů karet).

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 15. 8. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	příspěvková organizace
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace