

Veřejná zakázka malého rozsahu „Plastové kontejnery“ – dodatečné informace č. 2

Dne 29. 8. 2018 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k VZ: Plastové kontejnery v bodě 3. technické podmínky

požadujete: V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel mimo jiné splnit následující minimální technické požadavky na předmět této veřejné zakázky:

- kontejnery jsou určeny pro nebezpečný odpad, ostré předměty a infekční odpad
- kontejnery musí být uzavíratelné (víko na zacvaknutí)
- kontejnery musí být označeny štítkem pro infekční odpad
- součástí balení musí být výstražná samolepka pro infekční odpad v souladu s předpisy pro infekční odpad

Dotaz zní:

Prosíme o vysvětlení, zda zadavatel požaduje kontejnery podle původních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci nebo dle odpovědi na dotaz č. 1, neboť technické požadavky se v uvedených případech vzájemně vylučují, dle legislativy platné v České republice může platit vždy pouze jedna alternativa, z toho ta druhá v rámci zdravotnického zařízení za pouze velmi specifických a obtížně realizovatelných podmínek.

Naopak v odpovědi na dotaz číslo 1 zadavatel uvádí, že nepožaduje víko s hermetickým těsněním. Požaduje tedy zadavatel kontejnery podle původní zadávací dokumentace, tedy určené pro nebezpečný a infekční odpad s nezbytnou možností dočasného a trvalého uzavírání odpovídající zákonným požadavkům platným v České republice včetně předepsané certifikace EN ISO 23907 Ochrana před poraněním ostrými předměty – Požadavky a metody zkoušení – Obaly na ostré předměty a certifikace podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí ADR platné od 1. ledna 2017, konkrétně podle pokynu pro balení P403 (ADR) včetně UN kódu (pro případ, že by nemocnice neměla vlastní spalovnu a infekční odpad by byl k finální likvidaci odvážen mimo areál zdravotnického zařízení) s předepsaným hermeticky těsnícím (lepeným) víkem nebo naopak nově připouští kontejnery bez možnosti hermetického uzavření a bez zmíněných certifikátů a tudíž nádoby, které podle legislativy platné v České republice a Metodického pokynu pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí z roku 2017 nelze ve zdravotnických zařízeních používat? Respektive lze, ale na jiný než medicínální, infekční a nebezpečný odpad s tím, že zřizovatel a uživatel nemocnice musí zajistit, že se do takové odpadní nádoby žádný kontaminovaný, infekční, nebezpečný nebo ostrý infekční odpad nikdy nedostane. V takovém případě ovšem platné předpisy (Vyhláška č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) zakazují označení takto pro medicínální odpad nepřipustných kontejnerů samolepkami pro infekční odpad a podmínka uvedená v zadávací dokumentaci nemůže být nikdy splněna. Bylo by to překročení platného zákona, stejně jako naopak neoznačení nádoby obsahující medicínální odpad (a k tomu účelu certifikované) příslušnou výstražnou samolepkou.

Odpověď 1:

Zadavatel požaduje kontejnery podle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Zadavatel nepožaduje víka s hermetickým těsněním.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 3. 9. 2018