



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nmm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	RTG technika
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-020129
ev. č. VZ u zadavatele:	04/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 4.9.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V příloze č. 3 ZD, uvádíte jako technický požadavek na RTG skiaskopický přístroj s C-ramenem následující parametr: Overscan min 40° Je pro zadavatele přijatelné řešení s rozsahem overscan 30°?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje s rozsahem overscan 30° a nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 3 ZD, tedy overscan <u>minimálně</u> 40°. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců.
Dotaz č. 2
Znění dotazu:
V příloze č. 3 ZD, uvádíte jako technický požadavek na RTG skiaskopický přístroj s C-ramenem následující parametr: Vf generátor s různými druhy provozu, (min. 2,3 kW) Je pro zadavatele přijatelné řešení s Vf generátorem s různými druhy provozu, 2,2 kW)?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje s Vf generátorem s různými druhy provozu, 2,2 kW a nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 3 ZD, tedy Vf generátor s různými druhy provozu, <u>minimálně</u> však 2,3 kW. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců.
Dotaz č. 3
Znění dotazu:
V příloze č. 3 ZD, uvádíte jako technický požadavek na RTG skiaskopický přístroj s C-ramenem následující parametr: Počet pulsů za sekundu u pulzní skiaskopie (min. 12 pulsů/s)



Je pro zadavatele přijatelné plnohodnotné řešení s počtem pulsů za sekundu u pulzní skiaskopie 8 pulsů/s?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje s počtem 8 pulsů za sekundu u pulzní skiaskopie a nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 3 ZD, tedy <u>minimálně</u> 12 pulsů za sekundu u pulzní skiaskopie. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců.
Dotaz č. 4
Znění dotazu:
V příloze č. 3 ZD, uvádíte jako technický požadavek na RTG skiaskopický přístroj s C-ramenem následující parametr: Celková tepelná kapacita rentgenky (celková tepelná kapacita celého chladicího systému) min. 1,2 MHU Náš systém je navržen pro efektivní dlouhodobé použití a i při nižší tepelné kapacitě rentgenky je určen pro dlouhodobé, nepřerušované vyšetřování. Je pro zadavatele přijatelné plnohodnotné řešení s efektivním tepelným režimem a tepelnou kapacitou rentgenky 0,96 MHU?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje s plnohodnotným řešením s efektivním tepelným režimem a tepelnou kapacitou rentgenky 0,96 MHU a nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 3 ZD, tedy celková tepelná kapacita rentgenky (celková tepelná kapacita celého chladicího systému) <u>minimálně</u> 1,2 MHU. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců.
Dotaz č. 5
Znění dotazu:
V příloze č. 3 ZD, uvádíte jako technický požadavek na RTG skiaskopický přístroj s C-ramenem následující parametr: Dotykový ovládací panel (min. 9“) nebo membránová klávesnice Je pro zadavatele přijatelné plnohodnotné řešení s 2 ks dotykovým ovládacím panelem o velikosti 8“ umístěným na obou bočních stranách přístroje?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku přístroje s 2 ks dotykovým ovládacím panelem o velikosti 8“ umístěným na obou bočních stranách přístroje a nadále trvá na požadavku uvedeném v příloze č. 3 ZD. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html**



Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).

V Novém Městě na Moravě dne 6.9.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice