



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

- Dodávka terapeutického přístrojového vybavení, část 5, OPERAČNÍ SVĚTLA

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka terapeutického přístrojového vybavení
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/2018/IROP1/VZ3
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	Z2018-029142

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 10. 9. 2018 v 10:20 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).
Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže:

Dotaz č. 1

1. Zadavatel požaduje „vlastní UPS, umístěný na pojízdném vozíčku...“.
Může zadavatel blíže specifikovat, zda konkrétní UPS jednotku požaduje pro všechna operační svítidla s tím, že bude umístěna na mobilním vozíčku? Nebo může uchazeč zajistit dodávku optimální UPS jednotky, která zajistí provoz všech svítidel z jednoho místa, aniž by byla umístěna na vozíčku? Uchazeči není jasné, zda se UPS jednotka bude přesouvat a proč má být umístěna na pojízdném vozíčku.

Dotaz č. 2

2. Zadavatel požaduje „možnost instalace svítidla do místnosti s nízkými světlými výškami...“
Může zadavatel uchazeči sdělit, jaká je konkrétní „nízká světlá výška“ a zda se tato „nízká výška“ týká všech čtyř požadovaných svítidel, nebo jen některých – a případně kolika?

Dotaz č. 3

3. Zadavatel požaduje „index podání barev Ra 95.“
Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra 93 k oběma satelitům?

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Dodavatel v rámci dodávky zajistí dodání, instalaci a zprovoznění UPS, která musí zajistit provoz všech dodávaných svítidel současně po dobu nutnou dle platných předpisů, při výpadku napájení z el.sítě. Ano, UPS jednotka může být společná pro všechny dodané kombinace svítidel, ale zadavatel trvá na umístění na pojízdném vozíčku, kvůli předpokládanému umístění na centrálních operačních sálech a nutnému hygienickému režimu, úklidu atd.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Zadavatel požaduje „možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami“ tj. do místností s výškou stropu 2500mm a více. Uvedená nízká výška se pro aktuální předpokládané umístění požadovaných kombinací svítidel netýká.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 3

Ne, zadavatel trvá na původním zadání min. hodnota Ra 95.



Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 12. 9. 2018

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

