



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

– Dodávka terapeutického přístrojového vybavení, část 5, OPERAČNÍ SVĚTLA

Zadavatel:	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:	00179540
název VZ:	Dodávka terapeutického přístrojového vybavení
druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka/otevřené řízení
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/2018/IROP1/VZ3
ev. č. formuláře ve Věstníku veřejných zakázek	Z2018-029142

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 12. 9. 2018 v 15:03 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí dodatečných informací).

Přesné znění žádosti o vysvětlení a vyjádření zadavatele k této žádosti je uvedeno níže:

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Projektu: „Dodávka terapeutického přístrojového vybavení“ a to konkrétně k části č. 5 : „Operační světla“

1. Zadavatel v Zadávací dokumentaci v bodě 6.4 Kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání požaduje pro část 5: Seznam 3 významných dodávek obdobného plnění, tj. operačních svítidel, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž hodnota činila v součtu nejméně 3 000 000,- Kč bez DPH. Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace uvádí v bodě 3.2 předpokládanou hodnotu zakázky pro část 5: Operační světla 1 766 784,- Kč bez DPH, což je při objemu 4 ks satelitních operačních svítidel hodnota 441 696,- Kč bez DPH za 1 sestavu. Uvedená předpokládaná cena za 1 sestavu svítidel požadované specifikace odpovídá současným průměrným cenám na trhu. Hodnota k prokázání kvalifikace 3 000 000,- se nám z uvedeného důvodu jeví nepřiměřeně vysoká, ne-li diskriminační.

Našimi zákazníky v segmentu operačních světél jsou převážně zdravotnická zařízení (nemocnice), které vybavují své provozy postupně a většinou ekonomickými verzemi světél. Objemy referenčních zakázek nejsou z tohoto důvodu tak vysoké, abychom dokázali technickou kvalifikaci prokázat součtem 3 zakázek.

Bude zadavatel akceptovat, za předpokladu splnění technické specifikace, prokázání technické kvalifikace předložením seznamu 3 významných zakázek obdobného plnění v součtu 1 300 000,- Kč bez DPH nebo součtem více než 3 zakázek v hodnotě 2 000 000,- Kč bez DPH?

2. Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „vlastní UPS, umístění na pojízdném vozíčku, cca 1500VA (pro provoz na dobu nutnou dle platných předpisů)“ a dále pak: „Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení“.

Mohl by prosím zadavatel nějak upřesnit skloubení těchto dvou požadavků? Pokud bude UPS umístěna na pojízdném vozíčku, tak nebude pevně a trvale připojena k operačnímu světlu? Jak je zajištěno v tomto případě automatické přepojení na náhradní zdroj? Je požadována ke každé sestavě světél vlastní UPS?

Prosíme tímto o stručný popis plánovaného technického řešení, abychom mohli nabídnout optimální variantu.

12. 9. 2018



NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, tel. 569 472 167,
e-mail: monika.chladova@onhb.cz, web: www.onhb.cz

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 1

Ne, vzhledem k tomu, že celková hodnota těchto dodávek nebude splňovat zadavatelem požadovanou hodnotu, nebude zadavatel uvedené akceptovat.

Stanovisko zadavatele – vysvětlení na dotaz č. 2

Ano, viz komentář k minulé žádosti o vysvětlení č. 2

„Dodavatel v rámci dodávky zajistí dodání, instalaci a zprovoznění UPS, která musí zajistit provoz všech dodávaných svítidel současně po dobu nutnou dle platných předpisů, při výpadku napájení z el. sítě. Ano, UPS jednotka může být společná pro všechny dodané kombinace svítidel, ale zadavatel trvá na umístění na pojízdném vozíčku, kvůli předpokládanému umístění na centrálních operačních sálech a nutnému hygienickému režimu, úklidu atd.“

UPS musí být pevně a trvale připojena k operačnímu světlu, a zároveň umístěna na pojízdném vozíčku s omezenou možností přesunu.

Uveřejnění vysvětlení:

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna zadávací dokumentace, neomezeně a přímým dálkovým způsobem, tj. na profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

V Havlíčkově Brodě dne 17. 9. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
	<i>příspěvková organizace</i>
3	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezníčenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace