



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | NMR a přístroje do prostředí NMR |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-027090 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč |
| IČO: | 00839396 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na dodávky |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Nadlimitní |

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je pořízení Magnetické rezonance včetně přístrojů do prostředí magnetické rezonance: 1 ks MR systém, 1 ks přístroj anesteziologický do prostředí magnetické rezonance, 1 ks monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance, 1 ks oxymetr pulsní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks pumpa infuzní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks ventilátor plicní transportní do prostředí magnetické rezonance (dále také přístroje či zařízení) pro provoz ve zdravotnickém zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zpracování technologického projektu, tj. podkladů pro zajištění stavebně technických předpokladů pro instalaci a zprovoznění zařízení a poskytnutí pozáručního servisu na dodávané zařízení, a to v délce 6 let ode dne skončení záruční doby.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě nebyla určena, neboť veřejná zakázka byla zrušená.

4. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávacího řízení se zúčastnili níže identifikovaní účastníci zadávacího řízení:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| Nabídka č. | 1 |
| Obchodní firma: | Siemens Healthcare, s.r.o. |
| Sídlo: | Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 04179960 |

Nabídka č.**2**

Obchodní firma:

Philips Česká republika s.r.o.

Sídlo:

Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8

IČO:

63985306

5. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ**Nabídka č.****1**

Obchodní firma:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Sídlo:

Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

IČO:

04179960

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 48 odstavec 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil (§48 odstavec 2, písm. a) zákona), a také pokud nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 (§ 48 odstavec 2, písm. b) zákona),

Komise v původním posouzení nabídky tohoto dodavatele nebyla schopna jednoznačně z předložené dokumentace ověřit mimo jiné splnění parametru 3.1 „Plně digitální RF systém, paralelní techniky“, kde nebyla schopna ověřit požadovaných ≥ 64 kanálů. Komise proto dodavatele požádala postupem dle § 46 ZZVZ o objasnění nabídky, a to formou předložení originálního datasheetu s překladem podstatné části, které by doložilo splnění požadovaného parametru. V rámci objasnění nabídky dodavatel předložili kompletní originální datasheet nabízeného přístroje Magnetom AERA48XQ v anglickém jazyce, spolu s překladem strany 5 tohoto datasheetu do českého jazyka. Z tohoto doručeného objasnění nabídky vyplývalo, že nabízený přístroj je vybaven 204 kanály a komise posoudila objasnění nabídky jako řádné.

Proti následnému rozhodnutí o výběru výše uvedeného dodavatele byla vznesena námitka a následně i rozklad k ÚOHS, který v rámci pravomocného rozhodnutí ze dne 21. 8. 2018, č.j. ÚOHS-S0245/2018/VZ-24395/2018/533/BKu konstatoval, že požadavek zadavatele na

3	Radiofrekvenční systém		
3.1	Plně digitální RF systém, paralelní techniky	Počet kanálů	≥ 64

není u dodavatelem nabízeného přístroje splněn, neboť nabízený přístroj disponuje pouze 48 kanálovým RF systémem, a ke kterému lze připojit až 204 cívkových elementů.

Komise tak v souladu s pravomocným rozhodnutím ÚOHS ze dne 21. 8. 2018, č.j. ÚOHS-S0245/2018/VZ-24395/2018/533/BKu doporučila zadavateli vyloučit vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení, pro nesplnění zadávacích podmínek, resp. podmínek účasti v zadávacím řízení, neboť nabízený přístroj nedisponuje min. 64 nezávislými akvizičními kanály, které mohou být současně použity v jednom skenu a v jednom FOV, ale přístroj s pouze 48 nezávislými akvizičními kanály, které mohou být současně použity v jednom skenu a v jednom FOV. Zadavatel na základě doporučení komise rozhodl o vyloučení výše uvedeného dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

6. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Smlouva nebyla uzavřena, neboť veřejná zakázka byla zrušená.

7. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE

Veřejná zakázka byla zrušena, nejsou tedy ani žádní poddodavatelé.

8. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel v době zahájení zadávacího řízení nedisponoval systémem pro přijímání elektronických nabídek a z toho důvodu bylo použito jiných komunikačních prostředků.

9. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

V průběhu zadávacího řízení byly ze strany zadavatele zúčastněny pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

10. ODŮVODNĚNÍ, PROČ NEBYLA ZADÁVANÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ROZDĚLENA NA ČÁSTI

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části ve smyslu § 35 zákona, protože charakter předmětu veřejné zakázky takové rozdělení nevyžadoval.

11. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU

Zadavatel v rámci požadavků na kvalifikaci dodavatele nestanovil požadavek na prokázání obratu.

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny nabídky dvou dodavatelů, přičemž dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o., Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4, IČO: 04179960 byl v souladu s § 48 odstavec 2, písm. b) zákona vyloučen z další účasti v zadávacím řízení, pro nesplnění zadávacích podmínek. Vyloučený dodavatel se ke dni 12. 9. 2018 vzdal práva na podání námitek, s konečnou platností mu zanikla účast v zadávacím řízení. V zadávacím řízení tedy zůstal pouze jediný účastník a zadavatel v souladu s výše uvedeným ustanovení zákona rozhodl o zrušení veřejné zakázky.