

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – Dovybavení COS
Zadávací řízení:	Podlimitní veřejná zakázka, zjednodušené řízení
Evidenční číslo zakázky:	P-2018-2

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V příloze č. 3 zadávací dokumentace Technická specifikace, pro část 1 – Anesteziologické přístroje zadavatel požaduje:

základní parametry: 3-5 svodů EKG, HR, respirace, ST analýza, NIPB, 2x IPB, 2x teplota, SPO2, TOF, BIS

Umožní zadavatel, aby součástí zadání byly obecně používané termíny pro požadované parametry měření vědomí a měření relaxace bez určení detailní technologie měření?

Odpověď zadavatele:

K měření vědomí a měření relaxace se používají různé metody, my požadujeme tyto (TOF, BIS).

Dotaz č. 2

V příloze č. 3 zadávací dokumentace Technická specifikace, pro část 1 – Anesteziologické přístroje zadavatel požaduje:

Ventilátor s fixní možností nastavení parametru ventilace I:E od 4:1 do 1:8

Umožní zadavatel nabídku jiného rozsahu nastavení poměru I:E začínajících inverzním poměrem 2:1 až 1:9 více obvyklých pro ventilátory v anestézii?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel trvá na původním požadavku - ventilátor s fixní možností nastavení parametru ventilace I:E od 4:1 do 1:8.

Dotaz č. 3

V příloze č. 3 zadávací dokumentace Technická specifikace, pro část 1 – Anesteziologické přístroje zadavatel požaduje:

Elektronický a plně automatický směšovač

Je náš předpoklad správný, že při individuálním nastavení všech plynů v čerstvé směsi je důvodem výše uvedeného požadavku je zamezení vzniku hypoxické směsi nepokročení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu a elektronické měření spotřeby čerstvých plynů a anestetik?

Odpověď zadavatele:

Zde zadavatel požaduje tak, jak je dáno v zadávací dokumentaci – technické specifikaci.

Zamezení vzniku hypoxické směsi je jiným dalším požadavkem technické specifikace – viz: *Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi*.

Dotaz č. 4

V příloze č. 3 zadávací dokumentace Technická specifikace, pro část 1 – Anesteziologické přístroje zadavatel požaduje:

1 ks odpařovač Isofluran

Z obecně dostupných informací dodavatelů anestetik je známo, že inhalační anestetikum izoflurane se přestal již dodávat. Přes tento fakt trvá zadavatel na dodání 1 ks odpařovač Isofluran ke každému přístroji?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvedl v technické specifikaci nesprávný požadavek, který nezohledňuje změnu na trhu. **Tímto zadavatel upouští od svého požadavku: 1 ks odpařovač Isofluran**

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velez, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace