

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Nesterilní vyšetřovací rukavice“ – dodatečné informace č. 1**

Dne 30. 10. 2018 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k VZ: Nesterilní vyšetřovací rukavice v bodě 3 Technické podmínky je uvedeno: Rukavice vyšetřovací, nitril bez pudru (délka rukavice min. 240 mm, tloušťka v oblasti dlaně min. 0,05 mm (měřeno jednotlivě), tloušťka v oblasti prstu min. 0.09 mm (měřeno jednotlivě))

Dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat nějakou toleranci u nitrilových rukavic bez pudru v parametru tloušťka kolem prstů 0,09 mm?

Odpověď 1:

Zadavatel trvá na stávajících podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci - tloušťka v oblasti prstu **min.** 0.09 mm (měřeno jednotlivě).

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 30. 10. 2018