

**Veřejná zakázka malého rozsahu
„Nesterilní vyšetřovací rukavice“ – dodatečné informace č. 2**

Dne 31. 10. 2018 byly vzneseny dotazy k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku, na které Vám zasíláme odpověď:

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k VZ: Nesterilní vyšetřovací rukavice v bodě 3 Technické podmínky je uvedeno: Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- vhodné pro práci s potravinami dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004.

Dotaz zní:

V ZD je podmínka - Rukavice jsou vhodné pro kontakt s potravinami dle nařízení 1935/2004. Toto nemohou plnit vinylové rukavice. Všeobecně platí, že vinyl je materiál, který není vhodný pro manipulaci s tukem. Vinyl se po krátké době poruší. Proto není vhodný pro manipulaci s potravinami.

Odpověď 1:

Zadavatel u vinylových rukavic nepožaduje podmínku dle nařízení 1935/2004 pro kontakt s potravinami, u ostatních druhů rukavic na nich trvá.

S pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel

Dne: 2. 11. 2018